



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Contratacion Directa	
2023-Cont-000216	2023
Número	Año

Expediente 2915-015210/2023

Emission 21/09/2023

P. P. : 2023-00001542

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 27 DE SETIEMBRE DEL 2023**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Mantenimiento preventivo UHPLC

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	Mantenimiento preventivo de sistema UHPLC	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 15 días

Observaciones: Mantenimiento preventivo de sistema de cromatografía líquida de ultra alta performance, bomba de vacío y generador de N2. El mismo debe incluir:

- Revisión de funcionamiento de hardware y software
- Inyección de muestra de referencia (cafeína o reserpina) o infusión de solución de calibración en las condiciones encontradas
- Verificación de la posición de la sonda de ionización (X e Y)
- Verificación de la estabilidad del spray
- Adquisición de un espectro completo del calibrante y recolección de datos como referencia
- Check Q1 / LTQ
- Limpieza de Source Housing
- Remoción de polvo en placas electrónicas
- Limpieza de adaptador de drenaje e inserto de drenaje
- Reemplazo de sonda (metal needle o sílice fundida) si fuese necesario y estuviese disponible.
- Reemplazo de tubo de transferencia.
- Verificación de O-rings.
- Limpieza de escudo.
- Limpieza de lentes L0, MP00, Exit Lens, SRIG, Ion Funnel o Skimer/Tube Lens assembly
- Limpieza de filtros de ventilación.
- Control de divert valve
- Cambio de aceite de bombas mecánicas
- Encendido (adquisición de vacío durante un día o más)
- Cambio de kit de generador de nitrógeno
- UHPLC
 - . Evaluación de funcionamiento de UHPLC.
 - . Cambio consumibles UHPLC (sellos, rotores, tuberías, filtros, etc)
 - . Calificación de Performance (PQ) si fuese necesario.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 2

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Contratacion Directa	
2023-Cont-000216	2023
Número	Año

Expediente 2915-015210/2023

Emission 21/09/2023

P. P. : 2023-00001542

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 27 DE SETIEMBRE DEL 2023**

HORA 09:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Mantenimiento preventivo UHPLC

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Control de vacío: Source y Analyzer
- Control de diagnóstico sin spray (DIPs, Shortend Lens, LBP, Noise, Dark Current, Broadband, etc)
- Control de diagnóstico con spray (Estabilidad del spray, Disconnected Lens, Lens Charging Test, etc)
- Calibración
- Test de Sensibilidad
- Informe

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Clínica. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Clínica, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello