

Buenos Aires, 18 de mayo de 2023

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°: 02/2023

EXPEDIENTE N°: 2915-14210/2023

FECHA APERTURA: 30/05/2023

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de un Sistema de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computada (TC) para el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C.

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para comunicar las siguientes modificaciones al Anexo 01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Donde dice:

- Cristales de Lutecio que permitan la tecnología de tiempo de vuelo.

Debe decir:

- CRISTALES: se aceptarán cristales de Lutecio que permitan la tecnología de tiempo de vuelo, o cristales de BGO con algoritmos de cuantificación especializados para mejorar la resolución espacial.

Donde dice:

- Dimensiones aproximadas del cristal de 4 mm x 4 mm (o inferior) x 20 mm.

Debe decir:

- Dimensiones aproximadas del cristal de 4 mm x 4 mm (o inferior) x 20/30 mm.

Donde dice:

- Resolución temporal del sistema de al menos aproximadamente 540 psec.

Debe decir:

- Resolución temporal del sistema de al menos aproximadamente 450 psec.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -