

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022

**CIRCULAR POR CONSULTA N° 1**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°:** 65/2022

**EXPEDIENTE N°:** 2915-13837/2022

**FECHA APERTURA:** 28/11/2022

**HORA APERTURA:** 08:00

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de Torre de Laparoscopia

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en la cláusula 4 (Consultas y Aclaraciones) del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), la **Circular por Consulta N° 1**, dispuestas por el Comprador, a saber:

**Potencial oferente indica:**

Sobre la licitación de referencia, en el Renglón 1, se solicita que la torre de laparoscopia contenga:

**PROCESADOR DE CÁMARA Y VIDEO con los modos de funcionamiento “modo imagen convencional con realce”, “modo realce intenso”, “modo contraste (blanco y negro)”.**

Entendiendo que estos modos sólo lo poseen dos marcas en el mercado, queremos consultar si se aceptarían equipos que no posean dichos modos pero sí cumplan el resto de las especificaciones.

**RESPUESTA:**

No es excluyente que el equipo ofertado, así como sus accesorios, posean los modos de realce que se usan con indiocianina (modo convencional con realce, modo con realce intenso y modo contraste).

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -