



ALTA COMPLEJIDAD EN RED

Hospital El Cruce

humanizado

Dr. Néstor Carlos Kirchner

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



Ministerio de Salud
Argentina

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 4/2021

EXPEDIENTE N°: 2915-11342/2021

FECHA APERTURA: 22/02/2021

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Lámparas Scialíticas

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2021

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en la **cláusula 4 (Consultas y Aclaraciones)** del **Pliego de Condiciones Particulares (PCP)**, la Circular por Aclaración N° 1, a saber:

CIRCULAR POR ACLARACION N° 1

Ítem: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Punto: 2.

Detalle: donde dice

Vida útil de las lámparas LED de aproximadamente 50hs.

debe decir

Vida útil de las lámparas LED de aproximadamente 50.000hs.

Item: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Punto: 8.

Detalle: donde dice

Temperatura de color de la luz de aproximadamente entre 4000 y 4500K, con posibilidad de actualizar el equipo a futuro para que permita la variación de la temperatura de color en al menos 3 pasos de temperatura. Deberá indicarse la forma en que se realizaría dicha actualización y su precio en dólares.

debe decir



Temperatura de color de la luz variable en al menos 3 pasos de temperatura, con un valor central de aproximadamente entre 4000 y 4500K.

Ítem: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Punto: 16.

Detalle: donde dice

- *Panel de control táctil en cada cúpula que permita:*
 - *Encender y apagar la cúpula.*
 - *Variar la intensidad de iluminación.*
 - *Variar el diámetro de campo.*
 - *Variar la temperatura de color (para el caso en que dicha función se agregue a futuro).*
 - *Variar el zoom de la cámara (para el caso en que se agregue una cámara a futuro).*

debe decir

- *Panel de control táctil en cada cúpula que permita:*
 - *Encender y apagar la cúpula.*
 - *Variar la intensidad de iluminación.*
 - *Variar el diámetro de campo.*
 - *Variar la temperatura de color (preferible pero no exclusivo).*
 - *Variar el zoom de la cámara (para el caso en que se agregue una cámara a futuro).*

Ítem: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Punto: 16.

Detalle: donde dice

Panel de control táctil de pared que permita controlar ambas cúpulas y que tenga al menos las mismas funciones que el control táctil de cada cúpula.

debe ser

Panel de control táctil de pared que permita controlar ambas cúpulas y que tenga al menos las mismas funciones que el control táctil de cada cúpula. Deberá además permitir la variación de la temperatura de color.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -