

Buenos Aires, 31 de mayo de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N°:40/2021

EXPEDIENTE N°:2915-11782/2021

FECHA APERTURA: 07/06/2021

HORA APERTURA: 11:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema de Monitoreo- Edificio 7

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto al pliego de condiciones particulares de la licitación de referencia lo siguiente:

Item: Especificaciones técnicas

Estimados, se solicita enviar la siguiente circular para la licitación indicada:

Donde dice:

Grado de protección al menos IPX2, los conectores de los cables de paciente deberán estar también protegidos contra el ingreso de agua.

Corresponde:

Grado de protección al menos IP32, los conectores de los cables de paciente deberán estar también protegidos contra el ingreso de agua.

Donde dice:

Posibilidad de navegación por teclas fijas y/o perilla rotatoria.

Corresponde:

Se valorará la posibilidad de navegación por teclas fijas, perilla rotatoria y/o control remoto.

Donde dice:

Posibilidad de mostrar hasta 10 formas de onda además de los valores numéricos respectivos.

Corresponde:

Posibilidad de mostrar hasta 8 formas de onda además de los valores numéricos respectivos.

Donde dice:

Posibilidad de actualización de software mediante una tarjeta de memoria.

Corresponde:

Posibilidad de actualización de software mediante una tarjeta de memoria, puerto USB o similar.

Donde dice:

Deberá poder comunicarse al HIS del hospital mediante protocolo HL7 para extraer los datos del paciente.

Corresponde:

Se valorará la posibilidad de que pueda comunicarse al HIS del hospital mediante protocolo HL7 para extraer los datos del paciente.

Donde dice:

Deberá poder acceder al PACS del hospital y mostrar imágenes médicas del paciente seleccionado.

Corresponde:

Se valorará la posibilidad de que pueda acceder al PACS del hospital y mostrar imágenes médicas del paciente seleccionado.

Donde dice:

Deberá poder comunicarse al LIS del hospital mediante protocolo HL7 y extraer los datos de laboratorio del paciente seleccionado.

Corresponde:

Se valorará la posibilidad de que pueda comunicarse al LIS del hospital mediante protocolo HL7 y extraer los datos de laboratorio del paciente seleccionado.

No corresponde el renglón:

Herramientas para visualización sencilla de maniobras de reclutamiento y terapia de fluidos en combinación de los parámetros de la máquina de anestesia.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -