

Buenos Aires, 26 de octubre de 2023

CIRCULAR POR CONSULTA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°: 04/2023

EXPEDIENTE N°: 2915-14946/2023

FECHA APERTURA: 03/11/2023

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de un Acelerador Lineal, Sistema de Dosimetría para Acelerador Lineal y Sistema de Posicionamiento de Paciente para el Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC "Dr. Néstor C. Kirchner"

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto a las consultas realizadas lo siguiente:

Pregunta 1:

**Teniendo en cuenta esta Circular, entendemos que no se requiere la adquisición de un pliego para cada fabricante, sino que con haber adquirido un único pliego estamos habilitados a presentar la propuesta a nombre de los 3 fabricantes.**

**¿Por favor lo podrían confirmar?**

Respuesta:

Se confirma que no se requiere la adquisición de un pliego para cada fabricante, sino que con haber adquirido un único pliego se encuentran habilitados a presentar la propuesta a nombre de los 3 fabricantes.

Pregunta 2:

**Planteamos las siguientes dudas que necesitaríamos sean respondidas respecto del Renglón 1- Acelerador lineal:**

- 1. Confirmar si desean que el sistema de gestión del acelerador lineal requiere que solo visualice datos demográficos, o si quieren tener la posibilidad de traspasar documentos Word, pdf, scanner, datos de laboratorio, etc.**
- 2. Confirmar con el hospital que las licencias del sistema de gestión (MOSAIQ) sea de 4 usuarios**

Respuesta:

1. Se confirma que se requiere la posibilidad de traspasar documentos de texto, pdf, scanner, datos de laboratorio, entre otros.
2. Se confirma que se requieren al menos las licencias de 4 usuarios para el sistema de gestión (por ejemplo, el MOSAIQ) del acelerador lineal.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -