

**CIRCULAR POR CONSULTA N° 4**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°:** 02/2023

**EXPEDIENTE N°:** 2915-14210/2023

**FECHA APERTURA:** 12/06/2023

**HORA APERTURA:** 09:00

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de un Sistema de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computada (TC) para el Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. Néstor C. Kirchner”

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto a las consultas realizadas lo siguiente:

**Pregunta 1:**

En relación a la pregunta N°1 de la Circular Por Consulta N°3: Se solicita amablemente que se acepte el ítem 3 dado que hay evidencias científicas en publicaciones de alta confiabilidad como la aquí citada de la European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging que evidencias la mejora del Q.Clear con respecto a las reconstrucciones con TOF para los parámetros de resolución, CR recuperación del contraste y SNR (índice de señal/ruido) con el uso del Q.Clear con determinados valores de reconstrucciones (beta 300 y 450) ya con la configuración con 3 Anillos, versión menor a la que se estaría ofreciendo que es de 4 anillos.

**Respuesta:**

En base a la consulta realizada, se comunica cordialmente que no se realizarán modificaciones a las especificaciones técnicas.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -