

CIRCULAR POR CONSULTA Nº 2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°: 02/2023

EXPEDIENTE N°: 2915-14210/2023

FECHA APERTURA: 30/05/2023

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de un Sistema de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computada (TC) para el Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. Néstor C. Kirchner”

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto a las consultas realizadas lo siguiente:

Pregunta 1:

Solicito amablemente se excluya del pliego la provisión de los inyectables (Contrastes – Kit inicial) ya que no podemos distribuir ni vender inyectables, ya que ANMAT solo autoriza a distribuir y vender los inyectables a las empresas que distribuyen los inyectables. Solo podríamos proveer la bomba inyectora.

Respuesta:

Se acepta que no esté incluido el stock inicial de material de contraste, sobre todo por el tema de vencimiento de los mismos.

Donde dice:

Bomba de infusión de doble cabezal (contraste + salina) para la inyección de contraste en diferentes estudios. La bomba deberá contar con un proveedor en Argentina de medios de contraste y jeringas que sean compatibles con la misma. Deberá proveerse además un stock inicial de material de contraste endovenoso en los siguientes formatos: Jeringas prellenadas (120 ml o similar): 50. Frascos de 50 ml: 100 frascos.

Debe decir:

Bomba de infusión de doble cabezal (contraste + salina) para la inyección de contraste en diferentes estudios. La bomba deberá contar con un proveedor en Argentina de medios de contraste y jeringas que sean compatibles con la misma.

Pregunta 2:

Por favor informar el CUIT del titular de la cuenta del Hospital, y también informar el CBU correspondiente a la cuenta corriente para hacer la transferencia del pago del pliego.

Respuesta:

Titular: Hospital de Alta Complejidad en Red
" EL CRUCE " Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C.

C.U.I.T.: 30-71084735-1

Tipo: Cuenta Corriente en Pesos
Número: 50174/9
CBU: 01401055 - 01504205017492
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sucursal Cruce Varela
(5042)

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -

CIRCULAR POR CONSULTA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°: 02/2023

EXPEDIENTE N°: 2915-14210/2023

FECHA APERTURA: 30/05/2023

HORA APERTURA: 09:00

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de un Sistema de Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computada (TC) para el Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. Néstor C. Kirchner”

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, para informar respecto a las consultas realizadas lo siguiente:

Pregunta 1:

Solicitamos tengan a bien revocar el 3er cambio de la circular modificatoria N°1, dado que una mejora de 90 psec en la resolución temporal no garantiza mejoras cuantificables de valor clínico ni de rendimiento del sistema, solo favorecería a uno de nuestros competidores, obligándonos a presentar el sistema tope de gama de nuestro porfolio, cuya resolución temporal es ampliamente superior a lo requerido (214 psec).

A diferencia de los equipos que puedan ofrecer una resolución temporal de 450 psec con algoritmo para compensar la resolución espacial que los cristales de BGO pueden ofrecer (menor performance que cristales de LSO), los equipos de nuestro porfolio que ofrecen una resolución temporal de 540 psec están equipados con cristales de LSO y por ende garantizan tecnología de tiempo de vuelo “real”, medido electrónicamente (sin algoritmos de estimación), lo cual mejora sustancialmente la relación señal ruido, resolución espacial y calidad de imagen.

Por lo antes dicho, agradeceríamos tengan a bien permitir una resolución temporal de 540 psec para los equipos constituidos con cristales de LSO.

Respuesta:

LA RESOLUCIÓN TEMPORAL PARA CRISTALES DE LSO DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 540 psec o mejor.

LA RESOLUCIÓN TEMPORAL PARA CRISTALES DE BGO DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 450 psec o mejor.

Pregunta 2:

Agradeceríamos tengan a bien confirmar si se requiere visita a sala y certificado de la misma.

Respuesta:

NO SE REQUIERE VISITA A LA SALA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA CONSTRUIDA.

Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente. -