

## ANEXO ÚNICO

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°:** 01/19  
**EXPEDIENTE N°:** 2915-9905/2019  
**FECHA APERTURA:** 03/12/2019  
**HORA APERTURA:** 09:00  
**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Renovación del Sistema de Resonancia Magnética del Hospital de Alta Complejidad el Cruce S.A.M.I.C. “Dr. NÉSTOR C. KIRCHNER”

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019

Sres:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de comunicarles, conforme a lo establecido en la **cláusula 4 (Consultas y Aclaraciones)** del **Pliego de Condiciones Particulares (PCP)**, la Circular por Consulta N° 1, dispuestas por el Comprador, a saber:

### CIRCULAR POR CONSULTA N° 1

**CONSULTA N° 1 POTENCIAL OFERENTE:** *Solicitamos amablemente se aclare el siguiente punto: El pliego solicita en la sección “Bobinas y/o antenas” lo siguiente:*

*Bobina de Cabeza – Cerebro*

*Bobina de Cabeza – Cuello (Neurovascular)*

*Solicitamos se aclare si deben ser dos bobinas distintas; o si pudiese aplicarse que una bobina cumpla ambas funciones. En caso que aplique este último caso, solicitamos se indique si es suficiente entregar una bobina que cumpla ambas funciones; o si deben entregarse dos unidades de la misma bobina de forma que funcionen en redundancia.*

**RESPUESTA:** Se solicitan dos (2) bobinas, una de cerebro y otra de cuello (neurovascular), en renglones diferentes. En caso de que el proveedor posea una bobina que cumpla ambas funciones, de todas formas, deben entregarse dos (2) bobinas con el fin de lograr redundancia.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente