



Florencio Varela, 19 SEP. 2019

VISTO: La necesidad de creación de una comisión ad-hoc, en el marco de la renovación del Sistema Magnético Nuclear, y;

CONSIDERANDO:

Que dadas las características que presenta la renovación del sistema de Resonancia Magnética Nuclear, resulta de importancia la conformación de una Comisión *ad-hoc*, que tenga como objeto definir los indicadores de ponderación de los diferentes criterios y subcriterios establecidos en el método de evaluación;

Por ello:

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN RED "EL CRUCE - DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER" SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Desígnese la comisión ad-hoc para la ponderación de criterios y subcriterios del método de evaluar, a las personas que se detallan en ANEXO ÚNICO.-----

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.-

Disposición D.E. N° 000013

ANEXO ÚNICO

- Ing. Ignacio Marolla, DNI: 32.261.894
- Ing Ezequiel Mazzoni, DNI: 32.438.706
- Dr. Federico C. Miranda, DNI: 18.426.393
- Dra. Paula Delgado, DNI: 21.589987
- Dr. Rafael Kurtzbart, DNI: 7.704.421
- Abog. Cintia Lado, DNI: 29.492.241

ES COPIA FIEL

Paula Delgado
Laura Assier



Florencio Varela, 30/09/19

Ref. Exp.: 2915-9905/2019

CONCEPTO: RENOVACIÓN DE SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Al Sr. Director de Infraestructura y Tecnología

S / D.-

A través de la presente se comunica que la "Comisión Ad Hoc para el Procedimiento de Elección de Tecnología Médica" ha terminado de realizar la ponderación de los criterios y subcriterios definidos en el "Método de Evaluación de Ofertas" propuesto al inicio del expediente en cuestión. Se adjuntan a la presente nota los resultados de la comparación pareada de criterios y subcriterios de cada uno de los integrantes de la comisión (los cuales cumplen con el límite de consistencia propuesta por el Proceso Analítico Jerárquico), así como también una "Declaración Jurada sobre Conflicto de Intereses" dirigida a la Dirección Ejecutiva.


Las siguientes tablas indican los vectores propios de las matrices generadas por las comparaciones pareadas de cada integrante:

| CRITERIOS | Ignacio Marolla | Ezequiel Mazzoni | Rafael Kurtzbart | Federico Miranda | Paula Delgado | Cintia Lado |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Precio total | 0,1681 | 0,1202 | 0,5623 | 0,1410 | 0,0849 | 0,6147 |
| Especificaciones técnicas deseables | 0,3977 | 0,4220 | 0,1336 | 0,3109 | 0,5831 | 0,2221 |
| Servicio posventa | 0,3977 | 0,4220 | 0,2659 | 0,5132 | 0,2895 | 0,1063 |
| Plazo de entrega | 0,0364 | 0,0357 | 0,0381 | 0,0349 | 0,0425 | 0,0569 |

| SUBCRITERIOS | Ignacio Marolla | Ezequiel Mazzoni | Rafael Kurtzbart | Federico Miranda | Paula Delgado | Cintia Lado |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Equipos instalados en el país | 0,0506 | 0,1605 | 0,0359 | 0,0812 | 0,5439 | 0,1694 |
| Profesionales capacitados en servicio posventa | 0,1044 | 0,1605 | 0,1087 | 0,3994 | 0,2706 | 0,2689 |
| Disponibilidad de repuestos | 0,4225 | 0,6359 | 0,3548 | 0,3599 | 0,1219 | 0,4385 |
| Metodología de servicio | 0,4225 | 0,0430 | 0,5006 | 0,1594 | 0,0636 | 0,1232 |

Ing. Ignacio Marolla
 INGENIERIA CLINICA
 Hospital El Cruce

Dr. Marcial Gemila
 Dirección de Infraestructura
 y Tecnología



HOSPITAL
CREEK

11/11/11

13

10



La ponderación final para los cuatro criterios, obtenida del promedio de las comparaciones individuales, y que se va a utilizar para pesar los resultados de los indicadores de los criterios surgidos de las ofertas es:

| CRITERIOS | |
|-------------------------------------|--------|
| Precio total | 0,2819 |
| Especificaciones técnicas deseables | 0,3449 |
| Servicio posventa | 0,3325 |
| Plazo de entrega | 0,0408 |


La ponderación final para los cuatro subcriterios de servicio posventa, obtenida del promedio de las comparaciones individuales, y que se va a utilizar para pesar los resultados de los indicadores de los subcriterios de servicio posventa surgidos de las ofertas es:

| SUBCRITERIOS | |
|---------------------------------|--------|
| Equipos instalados en el país | 0,1736 |
| Profesionales capacitados en SV | 0,2187 |
| Disponibilidad de repuestos | 0,3889 |
| Metodología de servicio | 0,2187 |

Sin perjuicio de lo anterior, se adjuntan para su conocimiento las especificaciones técnicas del nuevo resonador a adquirir y la metodología del servicio pretendida para el período de garantía y los servicios de mantenimiento a contratar una vez finalizada la cobertura.

Firma:

Aclaración:


Ing. Ignacio Marolla
INGENIERIA CLINICA
Hospital El Cruce


Ing. Marcial Gomila
HEC Dirección de Infraestructura y Tecnología

100

100

HOSPITAL
CRUISE