



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 1 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emisión 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 120 días

**Garantía:** 1 Año

**Observaciones:** Lavadora termodesinfectadora automatica de instrumental con doble puerta sanitaria

LAVADORA TERMODESINFECTADORA  
características técnicas a cumplir:

- Lavadora termodesinfectadora de dos puertas con calefacción eléctrica diseñada para el lavado de instrumental para hospitales de amplia actividad quirúrgica.
- Debera ofrecer variados ciclos/ procesos de lavado, desinfección y secado en un mismo proceso.
- Debera tener como medidas aproximadas las siguientes, dimensiones exteriores = 662 x 787 x 1995 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera tener como mínimo las siguientes dimensiones cámara = 550 x 622 x 591 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera contar con 10 ( diez ) Cestas DIN 1/1 fabricadas en mallas de acero inoxidable , calidad AISI 304, con acabado electropulido
- Las cestas deberan contar en los laterales de 2 asas escondidas para facilitar su manipuleo y apilado.
- Dimensiones de las cestas : 485 x 250 x 50 mm (ancho x profundo x alto)
- Cantidad de Cestas : 10 ( Diez )
- La lavadora debera funcionar con tension electrica de alimentacion 380 Volts - 50 Hz
- La lavadora debera cumplir con las normas de calidad ISO15883 - 1 1 / 2
- La construccion de lavadora debera ser integramente en acero inoxidable, fabricación completa en acero inox., con cámara, brazos de lavado y filtros en AISI316.
- Debera tener 2 puertas automáticas deslizante hacia suelo fabricadas en vidrio templado

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 2 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emisión 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

HST de alta resistencia.Lado carga y lado descarga

- Debera estar equipado con 2 microprocesadores.
- Debera ofrecer minimo de Capacidad de 40 programas con posibilidad de configuración total de ciclos y fases para aplicaciones de cliente.
- Debera tener Interfaz de usuario EasyRUN mediante pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución
- Debera contar con minimo de dos 2 bombas dosificadoras de productos químicos con sensor de nivel.
- Control preciso de dosificación de químicos por fluxómetro.
- Debera contar con unidad de secado por aire caliente equipado con filtro HEPA H14 para aire de secado.
- Debera contar sistema de conexión de circuito de lavado de agua y de secado con accesorios de carga, directamente en interior de la cámara.
- Deber ofecer proceso digital de termodesinfeccion,garantizando la termo desinfección de todos los elementos a través de brazos de lavado e inyectores.
- Debera contar con doble sistema de iluminación por LEDS en el interior de la cámara.
- Debera contar con Interruptor general y pulsador de parada de emergencia frontal en máquina.
- Debera contar con compartimientos y espacio dedicado en la máquina para alojar hasta 4 tanques de productos de desincrustado, lavado, abrillantador y enjuagadores.
- Debera contar con Rack interior Flexible de 5 Niveles , con capacidad para 5 celdas DIN 1 / 1
- Los niveles del rack deberan ser desmontables
- La maquina lavadora debera ser entregada con un carro de carga manual, por aproximacion a la lavadora.
- Programas de limpieza y desinfeccion realizables madeiante lavadora automatica, con programas de tiempo y temperatura diferente, recomendados por organismos oficiales con certificado de aprobacion y validacion de ANMAT e ISO 15883-1
- La lavadora debera contar con una capacidad minima interior de 236 Litros
- La lavadora no podra generar nivel sonoro superior a 63 dB
- Potencia electrica aproximada 13 KWHora
- Alimentacion electrica 3 x 380 Volts + Neutro / 50 Hz
  
- Los requisitos de preinstalacion deberan ser cumplidos por el comprador
- El traslado, flete , seguro, montaje, puesta en funcionamiento, garantia y capacitacion tecnica, de usuarios, operacion y mantenimiento estara a cargo de la contratista.
- Plazo de entrega . 120 Dias desde la recepcion de la orden de compra, por parte de la

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 3 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emisión 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

firma adjudicataria.

- Garantía de 12 meses, desde la recepcion operativa del equipo.

- Las ofertas deberan ser acompañadas por catalogo exclusivo del equipo ofertado y listado de instituciones de salud publicas y privadas donde existan equipos de similar marca y modelo,

el no cumplimiento sera causal de rechazo de ofertas.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 120 días

**Garantía:** 1 Año

**Observaciones:** Lavadora termodesinfectadora automatica de Material con simple puerta sanitaria  
Lavadora Teromodesinfectadora Bajo Mesada con armario Lateral, para interior de CENTRO QUIRURGICO

LAVADORA TERMODESINFECTADORA  
caracteristicas tecnicas a cumplir:

- Lavadora termodesinfectadora de 1 puerta con calefacción eléctrica diseñada para el lavado de

instrumental y materiales en hospitales de amplia actividad quirurgica.

- Debera ofrecer variados ciclos/ procesos de lavado, desinfección y secado en un mismo

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 4 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emision 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

proceso.

- Debera tener como medidas aproximadas las siguientes, dimensiones exteriores = 850 x 900 x 650 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera tener como minimo las siguientes dimensiones cámara = 545 x 520 x 515 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera contar con 8 ( Ocho ) Cestas DIN 1/1 fabricadas en mallas de acero inoxidable , calidad AISI 304, con acabado electropulido
- Las cestas deberan contar en los laterales de 2 asas escondidas para facilitar su manipuleo y apilado.
- Dimensiones de las cestas : 485 x 250 x 50 mm (ancho x profundo x alto)
- Cantidad de Cestas : 8 ( Ocho )
- La lavadora debera funcionar con tension electrica de alimentacion 380 Volts - 50 Hz
- La lavadora debera cumplir con las normas de calidad ISO15883 - 1 1 / 2
- La construccion de lavadora debera ser integramente en acero inoxidable, fabricación completa en acero inox., con cámara, brazos de lavado y filtros en AISI316.
- Debera tener 1 puerta de carga de apertura manual.
- Debera estar equipado con 1 microprocesador, garantizando una temperatura de desinfeccion de 93°C, con 20 programas de lavado, mas la posibilidad de pprogramar ciclos personalizados.
- Debera tener Interfaz de usuario EasyRUN mediante pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución
- Debera contar con minimo de dos 2 bombas dosificadoras de productos químicos con sensor de nivel.
- Control preciso de dosificación de químicos por fluxómetro.
- Debera contar con unidad de secado por aire caliente equipado con filtro HEPA H14 para aire de secado.
- Debera contar sistema de conexión de circuito de lavado de agua y de secado con accesorios de carga, directamente en interior de la cámara.
- Deber ofrecer proceso digital de termodesinfeccion,garantizando la termo desinfección de todos los elementos a través de brazos de lavado e inyectores.
- Debera contar con doble sistema de iluminacion Display LCD Retroiluminado.
- Debera contar con compartimientos y espacio dedicado en la máquina para alojar hasta 4 tanques de productos de desincrustado, lavado, abrillantador y enjuagadores.
- Debera contar con Rack interior de 4 Niveles , con capacidad para 8 cestas DIN 1 / 1, que permitan ser adecuadas para la decontaminacion de soporte especifico,
- o cestas de instrumental
- Nivel superior con brazo aspersor

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 5 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emission 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Nivel inferior directo sobre el brazo aspersor del deposito.
- Debera contar con Rack de lavado de ANESTESIA, compuesto con los siguientes accesorios :
  - 8 Soportes de inyeccion para tubos corrugados de longitud de max de 150 mm.
  - 13 Boquillas para cateteres
  - 3 Boquillas tipo Globo
  - 4 Soportes para mascarar y accesorios
- Equipada con un conector de acople a sistema de secado
- Debera contar con 1 IMPRESORA DE REPORTES integrada en la maquina, con impresion en matriz de puntos,
  - Reloj en tiempo real
  - Dimensiones aproximadas 120 mm x 170 mm x 40 mm, operando con papel termico
  - Diametro 50 mm ancho.
- Los niveles del rack deberan ser desmontables
- La maquina lavadora debera ser entregada con un carro de carga manual, por aproximacion a la lavadora.
- Programas de limpieza y desinfeccion realizables mediante lavadora automatica, con programas de tiempo y temperatura diferente, recomendados por organismos oficiales con certificado de aprobacion y validacion de ANMAT e ISO 15883-1
- La lavadora debera contar con una capacidad minima interior volumen de camara de 196 Litros
- La lavadora no podra generar nivel sonoro superior a 63 dB
- Potencia electrica aproximada 13 KWHora
- Alimentacion electrica 3 x 380 Volts + Neutro / 50 Hz
- Debera contar con equipos con condensador de vapor y descalcificador de agua
  
- Los requisitos de preinstalacion deberan ser cumplidos por el comprador
- El traslado, flete, seguro, montaje, puesta en funcionamiento, garantia y capacitacion tecnica, de usuarios, operacion y mantenimiento estara a cargo de la contratista.
- Plazo de entrega : 120 Dias desde la recepcion de la orden de compra, por parte de la firma adjudicataria.
- Garantia de 12 meses, desde la recepcion operativa del equipo.
- Las ofertas deberan ser acompañadas por catalogo exclusivo del equipo ofertado y listado de instituciones de salud publicas y privadas donde existan equipos de similar marca y modelo,  
el no cumplimiento sera causal de rechazo de ofertas.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC\_ABAS\_FO\_01

Pag. : 6 / 6

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2019-Priv-000014**

**2019**

Número

Año

Expediente 2915-009351/2018

Emission 19/03/2019

P. P. : 2018-00001400

PRESENTACION DE OFERTAS **VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 09:00 a 13:00 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_

Confeccionó

\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_

Firma y Sello