



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 1 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2019-Priv-000032

2019

Número

Año

Expediente 2915-009942/2019

Emisión 11/10/2019

P. P. : 2019-00001010

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	OXIDO NITRICO	15	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Garantía: 1 Año

Observaciones: PROVISION DE OXIDO NITRICO BAJO COMODATO DE EQUIPOS DE APLICACION

Servicio de provision de Oxido Nitrico (ONi)

La presente contratacion es para 15 (Quince) cilindros

Se debera suministrar la especialidad medicinal, de Óxido Nítrico Inhalado (ONi) en cilindros de Óxido Nítrico 800 ppm en balance nitrógeno.

Se suministrarán 2 (dos) equipos médicos, aprobados por la autoridad

sanitaria (Certificados N° 1274-68) para la administración de este fármaco. El equipo realiza un

monitoreo on-line del flujo ventilatorio para realizar la inyección, por lo que puede conectarse a todos

los modos de ventilación mecánica.

Debera poder cumplirse y garantizarse con una provision de hasta un maximo de 5 equipos simultaneos, de ser necesario

El equipo dosificador debera realizar un monitoreo on-line del flujos ventilatorios, por lo que pueda conectarse a todos los modos de ventilación mecánica.

Especificaciones:

Equipo para suministro

• Configuración Mínima: solo se setea la dosis de NO requerida una sola vez y el equipo debera

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 2 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2019-Priv-000032

2019

Número

Año

Expediente 2915-009942/2019

Emisión 11/10/2019

P. P. : 2019-00001010

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

garantizar la dosis sin importar las variaciones en el ventilador.

- El flujo inyectado de óxido nítrico (NO) se adaptará automáticamente a las variaciones en los parámetros ventilatorios para mantener la dosis constante.
- Inyección sincronizada y proporcional de NO: debe permitir hacer un uso eficiente del producto, inyectando solo en la fase inspiratoria y siguiendo la curva de flujo del respirador, lo cual asegura una dosis exacta en todo momento.
- Deberá ser aprobado para su uso en conjunto con cualquier modo ventilatorio controlado por presión, por volumen o alta frecuencia; en ventilación neonatal, pediátrica o adulta.
- Protección ante sobredosis: si la dosis recibida por el paciente presentara valores anormales, la inyección se interrumpirá automáticamente.

Se deberá proteger al paciente ante efectos nocivos por sobredosis

- Deberá contar con Sistema de monitoreo de concentración inspirada de NO, NO₂ y FiO₂ integrado en el equipo de suministro.

Deberá ofrecer Alarmas de baja y alta concentración de NO, NO₂ y FiO₂.

- Sistema de respaldo para la administración de NO, sistema neumático e independiente que ante una eventual falla del sistema electrónico permite continuar con el tratamiento sin tener que desconectar al paciente del respirador.
- Sistema de ventilación manual de back up: el dispositivo deberá permitir inyectar una dosis de NO de 5 a 80 ppm al sistema de ventilación manual y, a su vez, regular el flujo de O₂ según la necesidad del paciente.
- Deberá tener Carro de transporte con capacidad para dos cilindros.
- Deberá estar aprobado por ANMAT para su uso en transporte intra y extra hospitalario.
- Deberá ofrecer Autonomía de batería de hasta 6 horas.
- (5 kg.) facilitan el transporte. Cabezal fácilmente desmontable del carro, el cual puede acoplarse con facilidad a la cama del paciente.
- Interfaz gráfica e intuitiva con pantalla táctil a color.

- Deberá contar con Sistema de almacenamiento de datos, para documentar todos los detalles pertinentes a la terapia.

.El servicio deberá incluir

- Entrega de los descartables necesarios para la correcta conexión del equipo en el ventilador.
- Servicio de guardia 24hr dedicado para entregas de urgencia.
- Soporte presencial o telefónico para las conexiones las 24 hr los 365 días del año.
- Programa de entrenamiento y re-entrenamiento para el personal de los servicios que

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2019**

SGC_ABAS_FO_01

Pag. : 3 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2019-Priv-000032

2019

Número

Año

Expediente 2915-009942/2019

Emision 11/10/2019

P. P. : 2019-00001010

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

utilicen el óxido nítrico.

- Guardias activas y pasivas por Ing. Especialistas para urgencias/consultas las 24 hr los 365 días del año.
- En caso de tener varios pacientes conectados simultáneamente se entregarán equipos adicionales para atender nuevas demandas.

- Cilindros de aluminio ultraliviano con óxido nítrico en balance nitrógeno, concentración 800 ppm. Capacidad 1,5 m3 (1535 litros)

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 días fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: . Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de , Avenida Calchaqui 5401 de .

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello