



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 1 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000002

2021

Número

Año

Expediente 2915-011340/2021

Emission 05/02/2021

P. P. : 2020-00001614

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 23 DE FEBRERO DEL 2021**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA TERMODESINFECTADORA AUTOMATICA - PRIORIDAD 2 **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 120 días

Observaciones: Lavadora termodesinfectadora automatica de instrumental con doble puerta sanitaria

El equipo ofertado debera cumplr con el PET, Pliego de especificaciones tecnicas paticulares adjunto a esdte tramite

Se requiere acompañar oferta con certificado de visita de obra OBLIGATORIO.

LAVADORA TERMODESINFECTADORA

Características Principales a cumplir:

- Lavadora termodesinfectadora de dos puertas con calefacción eléctrica diseñada para el lavado de instrumental para hospitales de amplia actividad quirurgica.
- Debera ofrecer variados ciclos/ procesos de lavado, desinfección y secado en un mismo proceso.
- Debera tener como medidas aproximadas las siguientes, dimensiones exteriores = 662 x 787 x 1995 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera tener como minimo las siguientes dimensiones cámara = 550 x 622 x 591 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera contar con 14 (catorce) Cestas DIN 1/1 fabricadas en mallas de acero inoxidable , calidad AISI 304, con acabado electropulido
- Las cestas deberan contar en los laterales de 2 asas escondidas para facilitar su

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 2 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000002

2021

Número

Año

Expediente 2915-011340/2021

Emission 05/02/2021

P. P. : 2020-00001614

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 23 DE FEBRERO DEL 2021**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA TERMODESINFECTADORA AUTOMATICA - PRIORIDAD 2 **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

manipuleo y apilado.

- Dimensiones de las cestas : 485 x 250 x 50 mm (ancho x profundo x alto)
- Debera ser entregada con 2 RACKS (dos)
- Cantidad de Cestas : 14 (Catorce)
- La lavadora debera funcionar con tension electrica de alimentacion 380 Volts - 50 Hz
- La lavadora debera cumplir con las normas de calidad ISO15883 - 1 1 / 2
- La construccion de lavadora debera ser integramente en acero inoxidable, fabricacion completa en acero inox., con cámara, brazos de lavado y filtros en AISI316.
- Debera tener 2 puertas automáticas deslizante hacia suelo fabricadas en vidrio templado HST de alta resistencia.Lado carga y lado descarga
- Debera estar equipado con 2 microprocesadores.
- Debera ofrecer minimo de Capacidad de 40 programas con posibilidad de configuracion total de ciclos y fases para aplicaciones de cliente.
- Debera tener Interfaz de usuario EasyRUN mediante pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolucion
- Debera contar con minimo de dos 2 bombas dosificadoras de productos químicos con sensor de nivel.
- Control preciso de dosificacion de químicos por fluxómetro.
- Debera contar con unidad de secado por aire caliente equipado con filtro HEPA H14 para aire de secado.
- Debera contar sistema de conexión de circuito de lavado de agua y de secado con accesorios de carga, directamente en interior de la cámara.
- Deber ofrecer proceso digital de termodesinfeccion,garantizando la termo desinfección de todos los elementos a través de brazos de lavado e inyectores.
- Debera contar con doble sistema de iluminacion por LEDS en el interior de la cámara.
- Debera contar con Interruptor general y pulsador de parada de emergencia frontal en máquina.
- Debera contar con compartimientos y espacio dedicado en la máquina para alojar hasta 4 tanques de productos de desincrustado, lavado, abrillantador y enjuagadores.
- Debera contar con Rack interior Flexible de 5 Niveles , con capacidad para 5 celdas DIN 1 / 1
- Los niveles del rack deberan ser desmontables
- La maquina lavadora debera ser entregada con 2 carros de carga y descarga manual, por aproximacion a la lavadora.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 3 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000002

2021

Número

Año

Expediente 2915-011340/2021

Emission 05/02/2021

P. P. : 2020-00001614

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 23 DE FEBRERO DEL 2021**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA TERMODESINFECTADORA AUTOMATICA - PRIORIDAD 2 **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- programas de tiempo y temperatura diferente, recomendados por organismos oficiales con certificado de aprobacion y validacion de ANMAT e ISO 15883-1
- La lavadora debera contar con una capacidad minima interior de 236 Litros
- La lavadora no podra generar nivel sonoro superior a 63 dB
- Potencia electrica aproximada 13 KWHora
- Alimentacion electrica 3 x 380 Volts + Neutro / 50 Hz
- Los requisitos de preinstalacion deberan ser cumplidos por el comprador
- El traslado, flete , seguro, montaje, puesta en funcionamiento, garantia y capacitacion tecnica, de usuarios, operacion y mantenimiento estara a cargo de la contratista.
- Plazo de entrega : 120 Dias desde la recepcion de la orden de compra, por parte de la firma adjudicataria.
- Garantia de 24 meses, desde la recepcion operativa del equipo.
- Las ofertas deberan ser acompañadas por catalogo exclusivo del equipo ofertado y listado de instituciones de salud publicas y privadas donde existan equipos de similar marca y modelo,
el no cumplimiento sera causal de rechazo de ofertas.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 9 a 16 hs.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello