



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 1 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CENTRÍFUGA REFRIGERADA	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Centrífuga de mesa de gran capacidad refrigerada. Deberá poseer las siguientes características:

- Motor de alta prestación asincrónico, sin escobillas, libre de mantenimiento, controlador por un variador de frecuencia.
- Almacenamiento de al menos 50 programas en memoria.
- Programación de los siguientes parámetros: tiempo, velocidad, frenado, aceleración, curvas de accionamiento y frenado.
- Pantalla LCD donde se indiquen claramente los siguientes valores:
- Velocidad real (5 dígitos).
- Indicador de RCF (gravedades).
- Freno automático programable.
  - Temperatura.
- Sistema de autodiagnóstico y del estado del equipo: marcha, detención, freno, tapa abierta, desbalanceo.
- Temperatura programable entre al menos 0° y 40°C.
- Cierre de tapa de seguridad que no permita la apertura con el rotor en movimiento.
- Alarmas ópticas y sonoras: de velocidad, tapa abierta y autochequeo del equipo.
- Carcaza de acero de entre 1,2 y 1,4 mm de espesor, esmaltado al horno exterior, de gran resistencia a reactivos.
- Interior de acero inoxidable.
- Cable de alimentación según normas internacionales y nacionales vigentes.
- Deberá entregarse con los siguientes accesorios:
- 1 (uno) Rotor para 48 tubos.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 2 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- 48 (cuarenta y ocho) Portatubos para tubos de 15 ml.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 3 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CUBA PARA ELECTROFORESIS	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Cuba para electroforesis horizontal, para separación molecular por electroforesis, aumentando la sensibilidad de detección.

La misma debe cumplir las siguientes características:

- Capacidad de al menos 20 calles.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 4 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Dimensiones aproximadas del Gel (ancho x largo) de 15 x 10 cm.
- Deberá incluir al menos 2 peines de espesor aproximado: 1,5 +/- 0.5 mm.
- Deberá incluir una fuente de energía con las siguientes características:
  - Voltaje maximo al menos hasta 500 V.
  - Corriente maxima al menos hasta: 500 mA
  - Potencia al menos hasta 20 W.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 5 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	BALANZA ANALÍTICA	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Balanza Analitica de Precision.

Rango de medicion de al menos 0-1000 gr.

Sensibilidad de al menos 0,1 g.

La misma debera estar compuesta por:

- Display y comando digital.

- Plato de dimensiones:

- Diametro de 160 mm o superior.

- En caso de ser cuadrado, al menos 160 mm por lado.

- Alimentación eléctrica 220V 50Hz. Deberá incluir fuente de alimentación.

- Se valorará apoyo regulable en altura.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 6 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MICROPIPETA	2	Unidad	

\_\_\_\_\_  
Confecionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Impreso Por: daquilano



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 7 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Micropipeta monocanal de volumen variable con las siguientes características:

- Volumen: 100 a 1000 ul.
- Resolución: al menos 10 ul.
- Exactitud: al menos 3%.
- Cabezal dispensador con giro.
- Émbolo autoclavable.
- Utilización de tips universales.
- Cumplimiento de norma ISO8655.
- Certificado de calibración.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual

\_\_\_\_\_  
Confecionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello





**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 8 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MICROPIPETA	2	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Micropipeta monocanal de volumen variable con las siguientes características:

- Volumen: 20 a 200 ul.
- Resolución: al menos 2 ul.
- Exactitud: al menos 3%.
- Cabezal dispensador con giro.
- Émbolo autoclavable.
- Utilización de tips universales.
- Cumplimiento de norma ISO8655.
- Cetificado de calibración.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello





**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 9 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

6	Renglón 6	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	SELLADOR DE TUBOS	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Sellador para tubuladuras portátil, liviano y con una batería de alta capacidad. Dispositivo central de aprox. 760 g con cubierta de metal y protector de goma para absorber cualquier choque durante procesamientos.

7	Renglón 7	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	PLANCHA CALEFACTORA	1	Unidad	

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Impreso Por: daquilano



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 10 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Plancha calefactora para gasas.

Con superficie de calentamiento en acero inoxidable.

Display digital de fácil operación para el ajuste rápido de la temperatura.

Con sonda para medir la temperatura de la muestra.

Características Técnicas:

- Rango de temperatura minimo requerido: +/-5 °C hasta 299 °C.

- Potencia de Calefaccion al menos hasta 1000W.

- Dimensiones aproximadas 200x300 mm, o diámetro mínimo de 150 mm.

- Alimentación eléctrica de 220V-50Hz con cable de alimentación según norma argentina vigente.

- Peso no superior a 8 kg.

8	Renglón 8	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MICROCENTRIFUGA	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Deberá ser una microcentrífuga de alta velocidad para tubos tipo Eppendorf.

Deberá contar con:

- Display que permita visualizar la velocidad y temperatura.

- Sistema antiderrames.

- Sistema de detección de sobre temperaturas.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 11 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Rutinas programables.

Especificaciones técnicas

- Capacidad: 24 x 1.5 / 2 ml.

- Rotor de aleación aluminio totalmente autoclavable.

- Rango de velocidad de, aproximadamente, entre 500 - 15.000 rpm.

- Incrementos de velocidad de aproximadamente 10 rpm.

- Exactitud de la velocidad de al menos 20 rpm.

- Ruido menor a 60 dB.

- Peso no superior a aproximadamente: 12 Kg.

- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación eléctrica según norma argentina aplicable.

- Rotor de aleación de aluminio de alta resistencia autoclavable.

- Rotor sellado para prevenir fugas accidentales durante el centrifugado.

Deberá incluir los accesorios necesarios para que el laboratorio pueda procesar los siguientes tubos tipo eppendorf:

- 2 ml.

- 1.5 ml.

- 0.5ml.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 12 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 13 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

9	Renglón 9	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	INCUBADORA MICROBIOLOGICA	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Incubadora para cultivos microbiologicos de citogenética.

- Capacidad de al menos 60 litros, aproximadamente entre 60 y 75 litros.
- Convección dual.
- Velocidad del ventilador ajustable entre 0 y 100%.
- Timer digital programable.
- Control por microprocesador.
- Rango de temperatura de trabajo al menos entre (ambiente + 5°C) a 105°C.
- Posibilidad de variar la temperatura de a 1°C o inferior.
- Uniformidad de temperatura (a 37°C) de al menos  $\pm 0.6^\circ\text{C}$ .
- Estabilidad de temperatura (a 37°C) de al menos  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ .
- Deberá contar con alarma por sobretemperatura.
- Deberá contar con la posibilidad de monitoreo de datos.
- Deberá contar con un puerto de acceso de aproximadamente entre 40 y 50 mm de diámetro.
- Volumen de trabajo de al menos aproximadamente 0.3 m<sup>2</sup>.
- Dimensiones internas aprox. 350 x 500 x 350 mm(ancho x alto x profundidad).
- Dimensiones externas aprox. 550 x 750 x 600 mm(ancho x alto x profundidad).
- N° de estantes suministrados al menos 2.
- N° de posiciones para los estantes de al menos 10.
- Peso máximo de carga por estante de al menos 25Kg.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 14 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Alimentación eléctrica de 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina aplicable.
- Interior fabricado en acero inoxidable.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 15 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

10	Renglón 10	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	MICROSCOPIO OPTICO TRINOCULAR	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Microscopio optico trinocular de laboratorio para campo claro, con las siguientes características:

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello





**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 16 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Iluminación:
- LED de al menos 3 watts.
- Control para ajuste continuo de la intensidad.
- Temperatura de color de aproximadamente 6000K.
- Vida útil de la lámpara de al menos 20.000hs a plena intensidad.
  
- Estativo:
- De líneas redondeadas.
- Con diafragma tipo Koehler precentrado, con ajuste de apertura.
- Condensador tipo Abbe, de aproximadamente 0.90/1.3, regulable en altura con indicación de corrección cromática.
- Platina mecánica de aproximadamente 185 x 140mm, con superficie resistente a la abrasión, para operación con mano derecha y con sistema de barrido para un área de al menos 76x52mm.
- Asa vertical integrada para transportar fácilmente el microscopio.
  
- Tubo binocular:
- 30° de inclinación.
- Distancia entre pupilas variable al menos entre 52 y 75 mm.
- Oculares de 10x/18 integrados en los tubos.
- Dioptrías preajustadas.
  
- Deberá incluir filtro azul.
- Autoapagado luego de periodo sin uso.
- Zonas de contacto con tratamiento antifunguicida para impedir la reproducción de bacterias.
- Tratamiento antihongos.
- Posibilidad opcional de colocar un sistema modular digital de alta definición.
  
- Deberá incluir los siguientes accesorios:
- Funda.
- Revolver para cuatro objetivos planos.
- Objetivo de 4x/0,10.
- Objetivo de 10x/0,22.
- Objetivo de 40x/0,65.
- Objetivo de 100x/1,25

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 17 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 18 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación

11	Renglón 11	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	OSMOMETRO	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 60 días

**Observaciones:** Osmometro por descenso crioscopico con las siguientes características:

- Operación midiendo la osmolaridad en funcion del punto de congelacion.
- Presicion constante para muestras entre 0,5 - 1.5 ml.
- Rango de Osmolaridad aproximado: 0-2000 mOsmol/Kg.
- Resolucion aproximada: 1 mOsmol/Kg.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Impreso Por: daquilano



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 19 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Precision: sd < 4 mOsmol/kg. RSD < 1%.
- Capacidad aproximada: 30-60 muestras/hora (tiempo de testeo aproximado por muestra: 2 min).
- Temperatura "constante" controlada para todas las muestras con variacion maxima de +/- 0,1 cº.
- Enfriado termoelectronico que alcanza la temperatura de operacion en aproximadamente 15 min.
- Alimentacion eléctrica 220 V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina actual.

**CLÁUSULAS GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía deberá ser de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaquí 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 20 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emisión 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

Se deberá adjuntar a la oferta en formato digital toda la documentación que avale que los equipos cumplen con las características solicitadas, incluyendo el manual de usuario de los equipos.

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Condiciones de Contratación:

Forma de Pago: 30 días fecha de presentación de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA CLINICA. Los remitos serán válidos solamente si están firmados por el área de INGENIERIA CLINICA, Avenida Calchaquí 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Impreso Por: daquilano



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 21 / 21

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000011**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-012727/2022

Emission 03/03/2022

P. P. : 2022-00000159

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 14 DE MARZO DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO.

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_

Confeccionó

\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_

Firma y Sello