



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 1 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000057

2020

Número

Año

Expediente 2915-00011293/2020

Emission 04/01/2021

P. P. : 2020-00001586

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 14 DE ENERO DEL 2021**

HORA 12:00

ASUNTO **Laboratorio**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	DETERMINACIONES TOTALMENTE AUTOMATIZADAS DE ORINA COMPLETA	35000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: Adjunto especificaciones técnicas

Determinaciones de Orina Completa: Físicoquímico y microscopía con equipamiento totalmente automatizado.

Se solicitan 35.000 determinaciones simultáneas en orina: físicoquímico y observación de elementos (microscopía) en forma totalmente automatizada.

Deberán entregarse 2 (dos) equipos con las siguientes características:

Autoanalizador automatizado para la medición semicuantitativa de 10 analitos en tiras de orina, incluyendo compensación de color; con toma de muestra, homogeneización y análisis que permita identificar y cuantificar en el sedimento hasta 12 partículas diferentes: cilindros hialinos, cilindros patológicos, levaduras, bacterias, hematíes, leucocitos, piocitos, cristales, mucus, etc. Velocidad de al menos 240 tests por hora para las determinaciones de química urinaria y velocidad mínima de 70 muestras/hora para la visualización de imágenes. Que opere con tiras reactivas con iodato para eliminar interferencias de ácido ascórbico. Que utilice para la carga de muestras racks de al menos 5 posiciones y que acepte tubos de diferentes tamaños. Capacidad de determinar densidad urinaria por refractometría.

Identificación de muestras: con lector de código de barras

Operaciones automáticas: homogeneización de las muestras, ajuste del volumen de la muestra, colocación de la tira reactiva en el tubo de muestra, incubación y medición

Sistema de toma de muestra: con aspiración y dispensado de un volumen exacto en cada plantilla reactiva. El volumen mínimo de muestra debe ser de 1.5 ml.

Rack de muestras: debe permitir el suministro, transporte continuo y el procesado

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 2 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000057

2020

Número

Año

Expediente 2915-00011293/2020

Emisión 04/01/2021

P. P. : 2020-00001586

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 14 DE ENERO DEL 2021**

HORA 12:00

ASUNTO **Laboratorio**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

automático de las muestras, sin manipulación por parte del usuario y dentro de cada serie intercalar muestras urgentes.

Parámetros: medición de 10 analitos por tira reactiva (eritrocitos, bilirrubina, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, glucosa, proteínas, densidad, nitritos, leucocitos, PH).

Memoria: Capacidad para almacenar al menos 1000 tests en la memoria. El instrumento debe permitir el almacenamiento de los resultados de controles de orina.

Reservorio de tiras: Las tiras reactivas serán provistas en un reservorio cuya estabilidad dentro del equipo debe ser de al menos dos semanas y de sencillo recambio.

Deberá contar con calibraciones periódicas con tiras de calibración específicas de estudio fisicoquímico y material para calibrar la microscopía. Controles para analizar desempeño de fisicoquímico y microscopía, a demanda del Laboratorio.

El equipamiento deberá contar con el software necesario para todas las operaciones de funcionamiento. El laboratorio posee sistema informático de laboratorio (LIS) y la empresa adjudicataria se hará cargo de la conexión al mismo tanto en software, como en materiales y deberá ser expresarlo en forma escrita en la oferta (condición excluyente). El equipamiento deberá ser entregado en un plazo de 10 (diez) días con la correspondiente conexión al sistema informático del laboratorio.

La presente licitación comprende el período Enero a Diciembre de 2021. Las entregas deberán ser realizadas según necesidades del servicio.

La firma proveedora deberá realizar el entrenamiento y capacitación del personal en el uso de equipamiento, de acuerdo a las necesidades del servicio.

El vencimiento de los reactivos deberá ser no menor de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega.

La firma proveedora deberá tener una antigüedad mínima de tres (3) años en el mercado argentino. Deberá ser representante oficial de los productos cotizados en el área.

La firma proveedora deberá entregar un listado de usuarios y además deberá instalar el equipamiento sin cargo a prueba 14 días como mínimo, si el Laboratorio del Hospital El Cruce así lo solicitase.

El equipo a entregar no debe tener más de cinco años de uso, acondicionado para su correcto funcionamiento.

La firma proveedora deberá certificar las óptimas condiciones iniciales del equipo, en caso de equipos usados o que ya estén instalados, y garantizar el correcto desempeño del

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2020**

Pag. : 3 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2020-Priv-000057

2020

Número

Año

Expediente 2915-00011293/2020

Emission 04/01/2021

P. P. : 2020-00001586

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 14 DE ENERO DEL 2021**

HORA 12:00

ASUNTO **Laboratorio**

Valor del Pliego **0,00**

Detalle:

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

mantenimiento preventivo y correctivo, que deberá ser cumplimentada, según corresponda, tanto por el laboratorio receptor del equipamiento, como por el servicio técnico de la empresa. Serán tenidos en cuenta los informes técnicos de los equipos para nuevas preadjudicaciones.

Periodo enero a diciembre 2021

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 días fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: LABORATORIO. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de LABORATORIO, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello

Impreso Por: daquilano