



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2023-Pub-000054

2023

Número

Año

Expediente 2915-015311/2023

Emission 14/11/2023

P. P. : 2023-00001748

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: RENOVACION EQUIPOS DE ESTERILIZACION POR OBSOLESCENCIA **12,500.00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	LAVADORA ULTRASONICA	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: LAVADORA ULTRASÓNICA

- Debera ser una Lavadora ultrasónica pequeña de mesada
- Debera contar con un Generación de irrigador sónico con llenado automático y Dosificación de detergente.
- Debera contar con pantalla táctil.
- Debera contar con generador de sonido armonico
- Conectividad de puerto USB.
- Depósito de 39 L de capacidad total.
- Capacidad de procesar hasta 12 instrumentos canulados.
- Tapa interbloqueada de seguridad de proceso.
- Proceso automático de llenado y detergente.
- Debera contar con programa de reutilización de agua.
- Debera permitir compatibilidad del sistema de trazabilidad
- Debera ser una lavadora con generación de irrigador sónico y dosificación de detergente de tamaño pequeña para instalar sobre mesada.
- Debera contar con sistema de acoplamiento de cestas para bloqueo y evitar caidas.
- Debera cumplimentarse un programa de capacitacion con la entrega y puesta en marcha.
- La capacitación debera incluir Funcionamiento, Controles, Alarmas, Limpieza y desinfección.
- Mantenimiento preventivo y descripción de fallas.
- Garantía técnica: 12 meses.

PLAZO DE ENTREGA 100 % INMEDIATO
 REQUIERE VISITA TECNICA OBLIGATORIA EN LUGAR DE EMPLAZAMIENTO e
 INSTALACION
 GARANTIA 12 MESES

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2023-Pub-000054

2023

Número

Año

Expediente 2915-015311/2023

Emission 14/11/2023

P. P. : 2023-00001748

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: RENOVACION EQUIPOS DE ESTERILIZACION POR OBSOLESCENCIA **12,500.00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA POR PEROXIDO DE HIDROGENO VAPORIZADO	2	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADO
 SIMPLE PUERTA
 CAMARA DE 60 LITROS DE CAPACIDAD EFECTIVA

Tiempos y tipos de ciclos seleccionables:

- 28 minutos para Artículos Sin Lumen.
- 60 minutos para Artículos Con Lumen.
- 38 minutos para Instrumentos Flexibles.

Debera ofrecer sistema de esterilización de baja sensibilidad a la humedad para minimizar ciclos abortados.

Especificaciones técnicas:

Medidas aproximadas de la cámara 330 x 711 x 254 mm.

Medidas aproximadas del equipo 787 x 787 x 711 mm.

Alimentación eléctrica: 220 Volts - 50 Hz

Debera incluir provision, instalacion, puesta en marcha y capacitación operativa a los usuarios y capacitacion tecnica a personal de ingenieria Hospitalaria del HEC.

- Configuración de puerta: Puerta Simple.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 3 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2023-Pub-000054	2023
Número	Año

Expediente 2915-015311/2023

Emission 14/11/2023

P. P. : 2023-00001748

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: RENOVIACION EQUIPOS DE ESTERILIZACION POR OBSOLESCENCIA **12,500.00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Agente esterilizante: Peróxido de Hidrogeno vaporizado en concentración de 59%, inyectando 2.1 gramos por pulso y un total de 4 pulsos.
- Numero de ciclos por cada Copa de Esterilizante: al menos 18 ciclos.
- Subproductos del proceso: Agua y Oxigeno Vaporizados.
- Temperatura del proceso: 50°C.
- Capacidad de proceso por dimensiones de los lúmenes en dispositivos:
- Canal Único de Acero Inoxidable:
- Carga máxima 5.4 Kg.
- Canal Doble de Acero Inoxidable:
- Carga máxima 5.4 Kg
- Canal Triple de Acero Inoxidable:
- Carga máxima 5.4 Kg
- 1.2 Diámetro interno x 275 mm de longitud
- 1.8 Diámetro interno x 310 mm de longitud
- 2.8 Diámetro interno x 317 mm de longitud
- Baja sensibilidad a la humedad para minimizar ciclos abortados.
- Se deberá incluir:
- Carro deslizante portando el equipo, con gabinete de guardad inferior.
- Bandeja de plástico para organizar instrumental tamaño grande
- Bandeja de plástico para organizar instrumental tamaño mediano
- Se requiere presentación de certificado de Producto Médico expedido por la ANMAT vigente.

PLAZO DE ENTREGA 100 % INMEDIATO
 SE REQUIERE VISITA TECNICA OBLIGATORIA DE LOS SERVICIOS DE
 ESTERILIZACION Y AREA QUIRURGICA
 GARANTIA 12 MESES

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 4 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2023-Pub-000054

2023

Número

Año

Expediente 2915-015311/2023

Emission 14/11/2023

P. P. : 2023-00001748

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: RENOVACION EQUIPOS DE ESTERILIZACION POR OBSOLESCENCIA **12,500.00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA HOSPITALARIA. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de INGENIERIA HOSPITALARIA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello