

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio 2023

Pag.: 1/5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2023-Priv-000014 2023

Número

Expediente 2915-014085/2022

Emision 16/03/2023 P. P.: 2022-00001063

PRESENTACION DE OFERTAS MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

ASUNTO Área de Ingeniería Clínica

HORA 08:00

Año

Detalle: Adquisicion de Contenedores rigidos para esterilizacion Valor del Pliego 0,00

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CONTENEDOR RIGIDO P/ ESTERILIZACION	10	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Se busca adquirir contenedor rigido para esterilizacion fabricado en aluminio anodisado, con

tapa de aluminio apta para apilar.

Dimensiones aproximadas: (470-480) x (270-300) x (115-160) mm.

Debera poseer filtro reutilizable.

Debera poseer reja interior de acero inoxidable perforado de dimensiones aproximadas:

(400-410) x (250-260) x (80-100) mm.

Debera poseer sistema de traba autobloqueante.

Debera poseer fijadores de instrumentos flexibles de silicona de largos y alturas variables, removibles/intercambiables que permitan adaptar el diseño de fijacion segun necesidad.

Se valorará tapa de proteccion. Se valorará sistema de barreras.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CONTENEDOR RIGIDO P/ ESTERILIZACION	10	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Se busca adquirir contenedor rigido para esterilizacion fabricado en aluminio anodisado, con

tapa de aluminio apta para apilar.

Dimensiones aproximadas: (600-700) x (270-300) x (130-160) mm.

Debera poseer filtro reutilizable.

Debera poseer reja interior de acero inoxidable perforado de dimensiones aproximadas:

(470-490) x (250-260) x (80-100) mm.

Debera poseer sistema de traba autobloqueante.

Confeccionó	Lugar y Fecha	Firma y Sello
		•
		Impreso Por: daquilano



1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio 2023

Pag.: 2/5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2023-Priv-000014 2023

Número

Año

Expediente 2915-014085/2022

Emision 16/03/2023 P. P.: 2022-00001063

PRESENTACION DE OFERTAS MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

ASUNTO Área de Ingeniería Clínica

HORA 08:00

Detalle: Adquisicion de Contenedores rigidos para esterilizacion Valor del Pliego 0,00

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Debera poseer Fijadores de instrumentos flexibles de silicona de largos y alturas variables, removibles/intercambiables que permitan adaptar el diseño de fijacion segun necesidad. Se valorara tapa de proteccion.

Se valorara sistema de barreras.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
	CONTENEDOR RIGIDO P/ ESTERILIZACION	10	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Se busca adquirir contenedor rigido para esterilizacion fabricado en aluminio anodiasdo, con

tapa de aluminio apta para apilar.

Dimensiones aproximadas: (300-310) x (270-300) x (115-160) mm.

Debera poseer filtro reutilizable.

Debera poseer reja interior de acero inoxidable perforado de dimensiones aproximadas:

(240-250) x (250-255) x (80-100) mm.

Debera poseer sistema de traba autobloqueante.

Debera poseer Fijadores de instrumentos flexibles de silicona de largos y alturas variables, removibles/intercambiables que permitan adaptar el diseño de fijacion segun necesidad.

Se valorara tapa de proteccion. Se valorara sistema de barreras.

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ÓPTICAS	4	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para la esterilización al vapor, gas y

peróxido de hidrógeno,así como para el almacenamiento, con perforaciones y

Confeccionó	Lugar y Fecha	Firma y Sello	

Impreso Por: daquilano



1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023** Pag.: 3/5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2023-Priv-000014 2023

Número

Año

Expediente 2915-014085/2022

Emision 16/03/2023 P. P.: 2022-00001063

PRESENTACION DE OFERTAS MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

ASUNTO Área de Ingeniería Clínica

HORA 08:00

Detalle: Adquisicion de Contenedores rigidos para esterilizacion Valor del Pliego 0,00

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 321 x 90 x 45mm, para utilizar con dos endoscopios rígidos de hasta máx.20 cm de longitud útil Compatible con Instrumental Storz existente en el hospital.

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ÓPTICAS	4	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Recipiente de plástico para esterilización, apropiado especialmente para la esterilización por

plasma de peróxido de hidrógeno (Sterrad), así como para el almacenamiento, con

perforaciones y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 446 x 90 x 45 mm, para

utilizar con dos endoscopios rígidos de hasta máx. 32 cm de longitud útil

Compatible con Instrumental Storz, existente en el hospital.

6	Renglón 6	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ÓPTICAS	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de endoscopios, perforado, con

tapa transparente, con soporte de silicona para ópticas, dimensiones exteriores (ancho x

fondo x alto): 670 x 116 x 80 mm

Compatible con Instrumental Storz, existente en el hospital.

7	Renglón 7		Cantidad	Presentación	Precio Unit.
		Confeccionó	Lugar y Fecha	Firma y \$	 Sello
				·	Impreso Por: daquilano



1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio 2023

Pag.: 4/5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2023-Priv-000014 2023

Número

Año

Expediente 2915-014085/2022

Emision 16/03/2023 P. P.: 2022-00001063

PRESENTACION DE OFERTAS MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

ASUNTO Área de Ingeniería Clínica

HORA 08:00

Detalle: Adquisicion de Contenedores rigidos para esterilizacion Valor del Pliego 0,00

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Item N°1 CESTO FILTRO 4 Unidad

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Cesto filtro para limpieza, esterilización y almacenamiento, de un endoscopio rígido, con

soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de silicona para óptica y tapa, medidas exteriores (ancho x fondo x alto): 290 x 60 x 52 mm, para endoscopios rígidosde

hasta 5 mm de diámetro y 20 cm de longitud de trabajo

Compatible con Instrumental Storz, existente en el hospital.

8	Renglón 8	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CESTO FILTRO	4	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciónes: Cesto filtro para limpieza, esterilización y almacenamiento, de un endoscopio rígido, con

soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de silicona para óptica y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 430 x 65 x 52 mm, para endoscopios rígidos

de hasta 10 mm de Ø y 34 cm de longitud útil

Compatible con Instrumental Storz, existente en el hospital.

9	Renglón 9	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CESTO FILTRO	1	Unidad	
Plazo	de Entrega: 60 días			

Observaciónes: Cesto filtro para esterilización y almacenamiento de ópticas, con tapa, con soporte de

silicona para ópticas, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 670 x 80 x 52 mm,

para ópticas de broncoscopia y esofagoscopia

Compatible con Instrumental Storz, existente en el hospital.

compatible con matramental	Otorz, existente en el nos	ital.	
Confeccionó	Lugar y Fecha	Firma y Sello	
		Impreso Por: da	quilano



1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio 2023

Pag.: 5/5

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2023-Priv-000014 2023

Número

Año

Expediente 2915-014085/2022

Emision 16/03/2023 P. P.: 2022-00001063

PRESENTACION DE OFERTAS MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

ASUNTO Área de Ingeniería Clínica

HORA 08:00

Detalle: Adquisicion de Contenedores rigidos para esterilizacion Valor del Pliego 0,00

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA CLINICA. Los remitos serán válidos sólamente si están firmados por el área de INGENIERIA CLINICA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

				
Confeccionó	Lugar y Fecha	Firma y Sello	5	
		Impreso Por: daquilano		