



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 1 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emission 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANU

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciones: LAVADORA ULTRASONICA
LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL

DESCRIPCION:

Lavadora Ultrasonica para procesos de lavado, enjuague y secado de material quirurgico y traumatologia.

Con tecnologia Fullsweep.

Lavado por ultrasonido, enjuague por aspersion de spray y secado por recirculacion de aire caliente.

Dimensiones externas aproximadas : largo 140 cm, ancho 80 cm y alt 88 cm.

CARACTERISTICAS:

Contruccion integral de tanque y gabinete en acero inoxidable, calidad AISI 316, # 1,5 mm. Interior pulido sanitario.

Tanque con mesada con antiderrame y aristas con radio de curvatura para facilitar la limpieza.

Tapas dobles con vierteaguas y burlete de silicona.

Gabinete reforzado para soporte de carga maxima sin deformacion de tanque y/o estructura.

Generadores ultrasonicos independientes, funcionamiento individual e indicacion luminosa a traves de led que indica el funcionamiento real de ultrasonido.

Maxima densidad de potencia ultrasonica a traves de la potencia aplicada y uniformidad de lavado.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 2 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emission 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANU

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Sensor de falta de liquido en tanque, que impide el funcionamiento de la lavadora para salvaguardar transductores (ceramicos PZT de alta rigidez dielectrica) y calefactores (electricos tubulares blindados de maxima potencia).
Protecciones electricas según normas vigentes. Suministro electrico: 220 V - 50 Hz.
Consola de mando central montada sobre el parante frontal del gabinete, embutida para proteccion de salpicaduras.
Sistema de llenado por flujo laminar con vaciado mediante esferica.
Puerta con contratapa abisagrada rebatibles con burletes de silicona.
Accionamiento del ultrasonido del temporizador electrico digital y termostato electrico digital de amplio rango.

Tanque de lavado:

Dimension: largo: 30 cm, ancho 60 cm, profundidad 30 cm.

Volumen: 54 litros.

Generador ultrasonico, sistema Fullsweep, Debera proporcionar una limpieza potente y constante con resultados uniformes.

Transductores ultrasonico, la energia electrica se transforma en energia mecanica, produciendo el efecto de cavitacion

Potencia de ultrasonido: 1000/1500 Watt.

Frecuencia de ultrasonido: multifrecuencia regulable desde 30 hasta 50 MHz.

Tanque de enjuague:

Dimension: largo: 34 cm, ancho 60 cm, profundidad 30 cm.

Volmen: 54 litros.

Enjuague por aspersor manual ubicado en el frente de la lavadora, homogéneo y eficaz sistema de remoción del producto resultante del lavado ultrasonico.

Tanque de secado:

Dimension: largo: 30 cm, ancho 60 cm, profundidad 30 cm.

Volmen: 54 litros.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 3 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emisión 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANU

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

El secado se realiza mediante recirculacion de aire caliente, proveniente de una turbina con calefactores electricos.
La temperatura de secado debera ser controlada mediante termostato digital y temporizador digital de amplio rango.

Deberan acompañar las ofertas con folleteria de datos tecnicos e imagenes de los equipos propuestos y ofertados.

Consultas: ingenieriahospitalaria@hospitalelcruce.org
telefono 42109000 Inte. 6506

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CAMARA SECADORA DE TUBOS	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciones: SECADORA ESTUFA ELECTRICA VERTICAL
CAMARA SECADORA DE TUBOS

DESCRIPCION:

Debera secar elementos corrugados y canuladuras mediante recirculador de aire caliente, proveniente de una turbina con calefactores electricos blindados.
La temperatura de secado debera ser controlada mediante un termostato electrico digital de amplio rango y el control de tiempo mediante temporizador electrico digital.

CARACTERISITCAS:

La contruccion del tanque de secado debera ser un sistema de embutido con aristas con radio de curvatura

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 4 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emission 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANU

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

para evitar evitar la acumulacion de suciedad y para su facil limpieza en mantenimiento.
El tanque de secado es de acero inoxidable, calidad AISI 304, #1,2 mm, el interior lleva pulido sanitario. Posee tapa de cierre construida en identico material al tanque, con burlete de silicona.

El vaciado de la cuba debera ubicarse en el centro del fondo para lograr eliminar en forma rapida toda la humedad.

La operación debera ser mediante suministro electrico: 220 V - 50 Hz.

Las partes constitutivas seran :

Tanque de acero inoxidable.

Gabinete de piso en acero inoxidable con paneles laterales extraibles.

Debera contar un sistema de conmutacion y control de la operación de secado.

La consola de mando debera ser con panel embutido para proteccion de salpicaduras.

Debera contar con calefactor y termostato para el secado.

Debera contar con puerta con contratapa abisagrada rebatibles con burletes de silicona.

La construccion integral de la secadora sera de acuerdo a (BPF) Buenas Practicas de Fabricacion.

Medidas internas tanque de secado: 1500 mm de alto, 450 mm de frente y 450 mm de fondo.

Medidas externas:1800 mm de alto, 550 mm de frente y 550 mm de fondo.

Deberan acompañar las ofertas con folleteria de datos tecnicos e imagenes de los equipos propuestos y ofertados.

Consultas: ingenieriahospitalaria@hospitalelcruce.org

telefono 42100000 Intn. 6506

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	TERMOSELLADORA	1	Unidad	

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello

Impreso Por: daquilano



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 5 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emission 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANUMERICA

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 60 días

Observaciones: TERMOSELLADORA CONTINUA CON IMPRESIÓN ALFANUMERICA

Equipo para el servicio de Esterilización

Deberá permitir el sellado de:

- bolsas de papel grado medico
- Envases médicos
- Papel grado medico
- Polyester
- Polipropileno
- Envases de Tivek

Deberá contar con regulador de temperatura de precisión electrónico

Sistema de rodillos para movimiento continuo, con auto nivelación de altura

Cordón de sellado de 8 mm

Pirómetro electrónico.

Construida íntegramente en acero inoxidable

Display Alfanumérico que permita la impresión de datos en bolsas, como fecha, N° de lote, etc.

220 volts - 50 hz.

- Velocidad de Sellado 10 M x Min
- Temperatura de sellado regulabe 80° C a 200 ° C
- Potencia de 500 VA
- Tension de trabajo : 220 V - 50 Hz

Deberan acompañar las ofertas con folleteria de datos tecnicos e imagenes de los equipos propuestos y ofertados.

Consultas: ingenieriahospitalaria@hospitalelcruce.org

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2021**

Pag. : 6 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Privada

2021-Priv-000029

2021

Número

Año

Expediente 2915-011881/2021

Emission 24/06/2021

P. P. : 2021-00000679

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 05 DE JULIO DEL 2021**

HORA 11:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: LAVADORA ULTRASONICA INTEGRAL - SECADORA TERMICA DE TUBULADURAS - SELLADORA ALFANU

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

telefono 42109000 Inte. 6506

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA HOSPITALARIA. Los remitos serán válidos sólo si están firmados por el área de INGENIERIA HOSPITALARIA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello

Impreso Por: daquilano