



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

**HORA 09:00**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

| 1        | Renglón 1                   | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO | 2        | Unidad       |              |

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** SE BUSCA ADQUIRIR UN FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CUYAS CARACTERISTICAS PERMITAN:

- BRINDAR ASISTENCIA EN QUIROFANO ANTE INTUBACIONES DIFICULTOSAS.
- REALIZAR ESTUDIOS EXPLORATORIOS EN CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO:

- LA FIBRA DEBERA TENER UN DIAMETRO EXTERNO NO MAYOR A 4 MM (PARA PODER UTILIZARCE EN PEDIATRICOS).
- LONGITUD DE TRABAJO NO MENOR A: 300 MM.
- DEBERA TENER VISION FRONTAL.
- DEBERA TENER ANGULO DE VISION VERTICAL ARRIBA/ABAJO NO MENOR A 130°/130°.
- DEBERA TENER ANGULO DE ABERTURA NO MENOR A 90°.
- DEBERA TENER VALVULA DE APIRACION.
- TECNOLOGIA CMOS o CCD PREFERENTEMENTE CON ILUMINACION LED INTEGRADA.
- HOMOLOGADO PARA METODOS DE LIMPIEZA DE BAJA TEMPERATURA.
- Compatible con renglon 4 y 7.

EL FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO DEBERA ESTAR COMPUESTO POR:

- FUENTE DE LUZ PORTATIL (en caso de ser necesaria).
- SISTEMA DE ENDOCAMARA TECNOLOGIA CCD o CMOS.

CONDICIONES GENERALES

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisición de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía del equipamiento será de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

#### CAPACITACIONES

~~CAPACITACIÓN DE USUARIOS: Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente~~

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

1er refuerzo de capacitación.

Se deberá realizar un refuerzo de la capacitación inicial a los 2 meses de la primer capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación, indicando el grado de eficacia de la capacitación inicial, qué grado estimado de uso se le estaba dando al equipo y qué temas tuvieron que ser revisados en profundidad.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

| 2 | Renglón 2 | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|---|-----------|----------|--------------|--------------|
|   |           |          |              |              |

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

|          |                             |   |        |  |
|----------|-----------------------------|---|--------|--|
| Item N°1 | FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO | 2 | Unidad |  |
|----------|-----------------------------|---|--------|--|

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** SE BUSCA ADQUIRIR UN FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CUYAS CARACTERISTICAS PERMITAN:  
 -BRINDAR ASISTENCIA EN QUIROFANO ANTE INTUBACIONES DIFICULTOSAS.  
 -REALIZAR ESTUDIOS EXPLORATORIOS EN CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO:

- LA FIBRA DEBERA TENER UN DIAMETRO EXTERNO NO MAYOR A 4 MM (PARA PODER UTILIZARCE EN PEDIATRICOS).
- LONGITUD DE TRABAJO NO MENOR A: 300 MM.
- DEBERA TENER VISION FRONTAL.
- DEBERA TENER CANAL DE TRABAJO.
- DEBERA TENER ANGULO DE VISION VERTICAL ARRIBA/ABAJO NO MENOR A 130°/130°.
- DEBERA TENER ANGULO DE ABERTURA NO MENOR A 90°.
- DEBERA TENER VALVULA DE APIRACION.
- TECNOLOGIA CMOS o CCD preferentemente CON ILUMINACION LED INTEGRADA.
- HOMOLOGADO PARA METODOS DE LIMPIEZA DE BAJA TEMPERATURA.
- Compatible con renglon 4 y 7.

EL FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO DEBERA ESTAR COMPUESTO POR:

- FUENTE DE LUZ PORTATIL (en caso de ser necesaria).
- SISTEMA DE ENDOCAMARA TECNOLOGIA CCD o CMOS.

CONDICIONES GENERALES

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

La garantía del equipamiento será de un (1) año.  
 Deberá entregarse el manual de usuario.  
 Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.  
 Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).  
 Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.  
 En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.  
 Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.  
 Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.  
 La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

**CAPACITACIONES**

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 6 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisición de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

1er refuerzo de capacitación.

Se deberá realizar un refuerzo de la capacitación inicial a los 2 meses de la primer capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación, indicando el grado de eficacia de la capacitación inicial, qué grado estimado de uso se le estaba dando al equipo y qué temas tuvieron que ser revisados en profundidad.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

| 3        | Renglón 3          | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | 2        | Unidad       |              |

\_\_\_\_\_  
Confecionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 7 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA **del Pliego 0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** SE BUSCA ADQUIRIR Un VIDEOLARINGOSCOPIO CUYAS CARACTERISTICAS PERMITAN:  
 -BRINDAR ASISTENCIA EN QUIROFANO ANTE INTUBACIONES DIFICULTOSAS.  
 -REALIZAR ESTUDIOS EXPLORATORIOS EN CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VIDEOLARINGOSCOPIO:

- LA FIBRA DEBERA TENER UN DIAMETRO EXTERNO NO MAYOR A 4 MM (PARA PODER UTILIZARCE EN PEDIATRICOS).
- DEBERA TENER VISION FRONTAL.
- DEBERA TENER ANGULO DE ABERTURA NO MENOR A 90°.
- TECNOLOGIA CMOS o CCD PREFERENTEMENTE CON ILUMINACION LED INTEGRADA.
- HOMOLOGADO PARA METODOS DE LIMPIEZA DE BAJA TEMPERATURA.
- Compatible con renglon 4 y 7.

EL VIDEOLARINGOSCOPIO DEBERA ESTAR COMPUESTO POR:

- FUENTE DE LUZ PORTATIL (en caso de ser necesaria).
- SISTEMA DE ENDOCAMARA TECNOLOGIA CCD o CMOS.

CONDICIONES GENERALES

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía del equipamiento será de un (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 8 / 16

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000037**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.). Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

**CAPACITACIONES**

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.  
 Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.  
 Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello





**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 9 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1er refuerzo de capacitación.

Se deberá realizar un refuerzo de la capacitación inicial a los 2 meses de la primer capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación, indicando el grado de eficacia de la capacitación inicial, qué grado estimado de uso se le estaba dando al equipo y qué temas tuvieron que ser revisados en profundidad.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica. Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

| 4        | Renglón 4                           | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | WORKSTATION PARA VIDEOLARINGOSCOPIO | 2        | Unidad       |              |

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** Se busca adquirir una WorkStation o estación de trabajo para la visualización, gestión de informes médicos, capacitación y

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 10 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisición de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA por el Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

consulta en línea compatible con los renglones 1,2,3 y 5.

Debera admitir la conexión por un cable tipo C y módulo inalámbrico (NFC) al mismo tiempo, siendo capas suministrar energía a los renglones 1,2,3 y 5.

Debera admitir 3 canales de imagen que se pueden mostrar en la pantalla al mismo tiempo.

La estación de trabajo admite grabación de video y audio, y la capacidad de guardar fotos de la pantalla en vivo desde la

cámara frontal. El sistema debera guardar estos datos en su memoria interna. Los usuarios deben poder ver las grabaciones o

fotos en la estación de trabajo, o compartirlas con otros usuarios.

Debera admitir una plataforma de información en línea, que incluya noticias de campo médico, base de datos de revistas,

literatura académica, etc.

Características:

-Pantalla de 13.3" LCD a color, 1920 x 1080 ppi, O SUPERIOR.

-Conexion HDMI

-Duración de la batería de al menos 5 horas.

-Tiempo de carga no mayor a 7 horas.

-Incluye bandeja para mangos.

-Incluye modem WIFI.

-Compatible con todos los renglones.

| 5        | Renglón 5                      | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | VIDEOLARINGOSCOPIO SEMIRRIGIDO | 2        | Unidad       |              |

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** SE BUSCA ADQUIRIR UN VIDEOLARINGOSCOPIO SEMIRRIGIDO CUYAS CARACTERISTICAS PERMITAN:

-BRINDAR ASISTENCIA EN QUIROFANO ANTE INTUBACIONES DIFICULTOSAS.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 11 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA **del Pliego 0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

-REALIZAR ESTUDIOS EXPLORATORIOS EN CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VIDEOLARINGOSCOPIO:

-LA FIBRA DEBERA TENER UN DIAMETRO EXTERNO NO MAYOR A 4 MM (PARA PODER UTILIZARCE EN PEDIATRICOS).

-LONGITUD DE TRABAJO NO MENOR A: 300 MM.

-DEBERA TENER VISION FRONTAL.

-DEBERA TENER ANGULO DE ABERTURA NO MENOR A 90°.

-DEBERA TENER VALVULA DE APIRACION.

-TECNOLOGIA CMOS O CCD PREFERENTEMENTE CON ILUMINACION LED INTEGRADA.

-HOMOLOGADO PARA METODOS DE LIMPIEZA DE BAJA TEMPERATURA.

-Compatible con renglon 4 y 7.

EL VIDEOLARINGOSCOPIO DEBERA ESTAR COMPUESTO POR:

-FUENTE DE LUZ PORTATIL (en caso de ser necesaria).

-SISTEMA DE ENDOCAMARA TECNOLOGIA CCD o CMOS.

CONDICIONES GENERALES

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía del equipamiento será de un (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también

~~incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada~~

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 12 / 16

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000037**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisición de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

**CAPACITACIONES**

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

1er refuerzo de capacitación.

Se deberá realizar un refuerzo de la capacitación inicial a los 2 meses de la primer capacitación.

~~Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha~~

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 13 / 16

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000037**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

capacitación, indicando el grado de eficacia de la capacitación inicial, qué grado estimado de uso se le estaba dando al equipo y qué temas tuvieron que ser revisados en profundidad.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área. Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica. Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

| 6        | Renglón 6                 | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | PINZA FLEXIBLE P/ BIOPSIA | 4        | Unidad       |              |

**Plazo de Entrega:** 10 días

**Observaciones:** SE BUSCA ADQUIRIR PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA COMPATIBLE CON EL CANAL DE TRABAJO DEL FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIO SOLICITADO EN EL RENGLON 2.  
 PUNTA A ELECCIÓN.  
 REUTILIZABLE.  
 GARANTÍA DE AL MENOS 3 MESES.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 14 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

| 7        | Renglón 7                      | Cantidad | Presentación | Precio Unit. |
|----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Item N°1 | PANTALLA P/ VIDEOLARINGOSCOPIO | 4        | Unidad       |              |

**Plazo de Entrega:** 10 días

- Observaciones:**
- Se busca adquirir pantalla portatil de entre 5 y 7".
  - Debera ser compatible con los renglones 1 a 5.
  - POSEER CARCASA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE A GOLPES.
  - RESOLUCION DE aproximadamente 1280 X 800 PÍXELES.
  - DEBERA TENER CONEXION USB.
  - SE VALORARÁ SISTEMA DE DOCUMENTACION DE IMAGENES (JPEG)Y VIDEO (MPEG4)EN TIEMPO REAL AUTOMATICAMENTE A TARJETA SD O MEMORIA USB.
  - SE VALORARÁ PROTECCION CONTRA SALPICADURAS DE AGUA GRADO IP54.
  - SALIDA DE VIDEO PARA CONECTAR A OTROS MONITORES.
  - AUTONOMIA DE AL MENOS DOS HORAS AL UTILIZAR PILAS.
  - TENSION DE TRABAJO DEL CARGADOR: 110-240 vac, 50/60 hZ.
  - DEBERA POSEER PILAS DE LITIO.

**CONDICIONES GENERALES**

Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

La garantía del equipamiento será de UN (1) año.

Deberá entregarse el manual de usuario.

Deberá entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos eléctricos, electrónicos y de despiece, y las claves de acceso al menú de servicio técnico al área de Ingeniería Clínica del hospital.

Deberán incluirse todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (software, herramientas especiales, cables especiales, etc.).

Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo y accesorios por el término de diez años a partir de la entrega de los equipos. Esto también incluye a todo lo referido al software del equipo. Deberá presentarse una declaración jurada

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 15 / 16

| PEDIDO DE COTIZACIÓN    |             |
|-------------------------|-------------|
| Licitación Privada      |             |
| <b>2022-Priv-000037</b> | <b>2022</b> |
| Número                  | Año         |

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisición de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de IVA Exento.

garantizando esta situación.

En caso de que el equipo quedase sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará al tiempo de garantía.

Durante el período de garantía deberán estar incluidos todos los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante, incluido el mantenimiento preventivo que corresponda al primer mes luego de la finalización de la garantía. Además, deberán estar incluidas todas las actualizaciones de fábrica. Deberá indicarse en la oferta el cronograma de mantenimiento preventivo durante los años de garantía.

Se deberá adjuntar a la cotización una lista de precios de los insumos, repuestos, accesorios y licencias de software del equipo, indicando cuáles deben ser cambiados durante su funcionamiento de acuerdo con el manual de servicio técnico.

La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del mismo, la cual implica que el equipo pueda ponerse en marcha con todas las especificaciones y accesorios solicitados, y la realización de la capacitación inicial al personal usuario. Esta condición será verificada mediante la recepción de una nota firmada por el jefe del servicio correspondiente asegurando que se ha cumplido lo solicitado.

#### CAPACITACIONES

**CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital de acuerdo al siguiente cronograma:

Capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo.

Esta capacitación es condición indispensable para el comienzo de la garantía.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha capacitación.

1er refuerzo de capacitación.

Se deberá realizar un refuerzo de la capacitación inicial a los 2 meses de la primer capacitación.

~~Se deberá presentar un informe al área de Ingeniería Clínica sobre los resultados de dicha~~

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 16 / 16

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

Licitación Privada

**2022-Priv-000037**

**2022**

Número

Año

Expediente 2915-013517/2022

Emission 24/10/2022

P. P. : 2022-00000925

PRESENTACION DE OFERTAS **MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

**HORA 09:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Clínica**

Detalle: Adquisicion de Kit de FIBROVIDEONASOLARINGOSCOPIA de Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

capacitación, indicando el grado de eficacia de la capacitación inicial, qué grado estimado de uso se le estaba dando al equipo y qué temas tuvieron que ser revisados en profundidad.

**CAPACITACIÓN TÉCNICA:** Deberá brindarse una capacitación técnica nivel fábrica al personal del área de Ingeniería Clínica, que garantice que tanto los mantenimientos preventivos, correctivos y actualizaciones de software de todos los equipos adquiridos puedan ser realizados por dicho personal.

La capacitación deberá incluir a al menos dos técnicos del área.

Deberán entregarse certificados a los participantes con motivo de dicha capacitación técnica.

Se deberán detallar los contenidos y tiempos para la capacitación.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: Según pliego fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA CLINICA. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de INGENIERIA CLINICA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello