



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000029</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00014943/2023

Emission 10/08/2023

P. P. : 2023-00001037

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: 1 AUTOCLAVE NUEVO DE ESTERILIZACION POR VAPOR - PRIORIDAD **500,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Proviadi de Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	AUTOCLAVE DE VAPOR	1	Unidad	

**Plazo de Entrega:** 90 días

**Observaciones:** EQUIPO DE ESTERILIZACION CENTRAL POR VAPOR DE AGUA

ADQUISICION, PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) AUTOCLAVE A VAPOR EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL EL CRUCE (HEC).

SECTOR: SERVICIO DE ESTERILIZACION (Ed. N° 5A - PLANTA ALTA).

DESCRIPCION:

- Un (1) Esterilizador por vapor de agua, de una capacidad de camara de 545 litros.
- Medidas de camara aprox. 66 Cm x 66 Cm x 125 Cm de profundidad
- Un (1) sistema de pulsos de vacío alternados con ingreso de aire caliente filtrado, para optimizar el secado de cargas difíciles.
- Un (1) carro de carga , con guías regulables en altura cada 50 mm. construido en acero inoxidable calidad 316.
- Dos (2) Carros de transporte rodante, construido en acero inoxidable Calidad 304, para carga y descarga de canastos de materiales
- Cuarto (4) canastos de carga, construidos en acero inoxidable calidad 316 Medidas aproximadas cada uno : 580 mm x 290 mm x 280 mm
- Comando Microprocesado
- El equipo deberá permitir realizar los siguientes ciclos:

- 1) Material textil
- 2) Material instrumental.
- 3) Material termolábil.
- 4) Líquidos.
- 5) Prueba de hermeticidad.
- 6) Test de Bowie & Dick.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000029</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00014943/2023

Emission 10/08/2023

P. P. : 2023-00001037

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: 1 AUTOCLAVE NUEVO DE ESTERILIZACION POR VAPOR - PRIORIDAD **500,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

7) Flash.

8) Ciclos libres, totalmente programable.

Programación de fases:

En cada ciclo deberán poder programarse las siguientes fases (de acuerdo a requerimientos del usuario y/o del servicio):

- Cantidad de vacíos de 0 a 9.
- Tipo de sonda (Carga o cámara)
- Descarga (Rápida o lenta).
- Tiempo de esterilización entre 1 a 99 minutos.
- Control de ciclo por tiempo o por F0.
- Tiempo de secado de 0 a 99 minutos.
- Temperatura de trabajo (100°C y de grado en grado desde 115°C a 134°C.)

El programador podrá elegir y combinar cualquiera de las fases mencionadas para generar el ciclo requerido.

En cada comando operativo deberá poder mostrarse permanentemente los siguientes valores y etapas de proceso en forma digital:

- Temperatura de proceso (con una apreciación de 0,1 grados centígrados, °C).
- Tiempo restante del proceso de esterilización.
- Ciclo seleccionado o en ejecución.
- Etapa en curso del ciclo de proceso de Esterilización.
- Fin del ciclo (el cual deberá estar acompañado de una alarma e indicación sonora).
- Falla del equipo y posible causa (el cual deberá estar acompañado de una alarma e indicación sonora).

Para llevar adelante el registro de información, el equipo deberá estar equipado con una impresora de banda alfanumérica (excluyente,

no se aceptan impresoras térmicas) donde se deberán graficar los siguientes datos:

- Nombre del establecimiento.
- Fecha y hora de inicio de ciclo.

- Configuración del ciclo elegido con toda la información de fases y tiempos.

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 3 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000029</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00014943/2023

Emission 10/08/2023

P. P. : 2023-00001037

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: 1 AUTOCLAVE NUEVO DE ESTERILIZACION POR VAPOR - PRIORIDAD **500,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Hora de inicio de ciclo.
- Cada una de las etapas del ciclo con su correspondiente hora de inicio (Horas, minutos y segundos).
- La temperatura de proceso durante toda la fase de esterilización se graficará por cada minuto.
- Hora de inicio y término de la etapa de esterilización.
- Hora de finalización del ciclo.
- Durante todo el proceso y cuando suene alguna alarma, la misma aparecerá graficada con la hora en la que se detectó la falla y cuando la misma fue corregida.

El equipo deberá contar con las siguientes condiciones y sistemas de seguridad:

- Imposibilidad de iniciar un ciclo o de permitir el ingreso de vapor a la cámara, si la puerta no está convenientemente cerrada y hermetizada.
- Imposibilidad de abrir la puerta una vez iniciado un ciclo o con una presión en la cámara mayor a 0,1 Atm.
- Imposibilidad de modificar los parámetros de un ciclo una vez iniciado el mismo.
- Imposibilidad de dar por cumplida una etapa del ciclo sin que se hayan alcanzado los valores de los parámetros prefijados.
- Imposibilidad de programar un ciclo por personal no autorizado, ya que este deberá contar con una clave de acceso

El tipo de autoclave deberá ser del tipo a vapor de dos (2) puertas deslizantes del tipo vertical de accionamiento manual,

una para carga del material a esterilizar y otra para la descarga del material estéril.

Equipo apto para tensión trifásica, calentador / generador de vapor electrico y autonomo.

El fabricante / Oferente deberá estar registrado en la ANMAT.

El modelo del equipo ofertado también deberá estar registrado en dicho organismo.

Se deberá entregar documentación probatoria de estos registros junto con la presentación de la oferta (registro del ANMAT,

actas de instalaciones en organismos públicos/privados, etc.).

Las tareas de transporte desde fabrica u otros proveedores hasta el Hospital, al igual que el transporte interno e intrahospitalario

~~del equipamiento hasta el lugar definitivo y de trabajo, como también la contratación de~~

\_\_\_\_\_  
 Confeccionó

\_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello



**Hospital El Cruce**  
**NÉSTOR CARLOS KIRCHNER**  
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 4 / 4

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
<b>2023-Pub-000029</b>	<b>2023</b>
Número	Año

Expediente 2915-00014943/2023

Emission 10/08/2023

P. P. : 2023-00001037

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023**

**HORA 08:00**

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: 1 AUTOCLAVE NUEVO DE ESTERILIZACION POR VAPOR - PRIORIDAD **500,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

grúas para el izaje  
 de los equipos o los rodados necesarios para el traslado, volquetes para el retiro obligatorio de materiales de rezago,  
 seguros de vida del personal y de riesgo por los equipos que operen,  
 quedan bajo absoluto cargo de la empresa contratada por el Hospital El Cruce, Alta Complejidad en Red, SAMIC, Dr. Néstor C. Kirchner. adjudicada de la licitación.

NOTA: VISITA TECNICA OBLIGATORIA LA CUAL DEBERA ACOMPAÑAR LA OFERTA ECONOMICA, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO SU NO CUMPLIMIENTO.

Plazo de entrega : 90 días

Garantía : 12 meses

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 Días FPF fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: INGENIERIA HOSPITALARIA. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de INGENIERIA HOSPITALARIA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 14 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

\_\_\_\_\_

Confeccionó

\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_

Firma y Sello