



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000044	2022
Número	Año

Expediente 2915-013311/2022

Emission 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Valor del Pliego **7.000,00**

Detalle:

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	TRASDUCTOR DE PRESION INVASIVA P/ GASTO CARDIACO CONTINUO Y AGUA PULMONAR	15	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: Dispositivo que permite monitorizar los siguientes parámetros hemodinámicos intermitentes:

- Gasto cardíaco intermitente(GCI)
- Agua extravascular pulmonar (ELVW)
- Volúmen sistólico intermitente(VSI)
- Índice de permeabilidad vascular pulmonar (IPVP)
- Volumen telediastolico global (VDFG)
- Gracción de eyección global (FEG)
- Volumen de sangre intratorácica (ITBV)
- Índice de función cardíaca (CFI)

Con la adquisición del total de los renglones se solicita, en carácter de comodato, 8 equipos con las siguientes características:

Equipo para la medición de parámetros hemodinámicos como gasto cardíaco continuo y agua pulmonar. Deberá contar con las siguientes características:

- Apto para uso en quirófanos y terapias intensivas.
- Apto para pacientes adultos y pediátricos.
- Apto para utilizarse como guía en el tratamiento del paciente crítico.
- Deberá contar con una pantalla táctil color de al menos 12 pulgadas.
- La pantalla deberá presentar las curvas y valores numéricos de los parámetros medidos. Se valorará la presentación de forma animada de la fisiología del paciente para una mejor visualización de los parámetros medidos.

Mediciones mínimas:

- * Gasto cardíaco continuo.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000044	2022
Número	Año

Expediente 2915-013311/2022

Emission 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Valor del Pliego **7.000,00**

Detalle:

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Proviaciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- * Volumen sistólico.
- * Presión arterial (sistólica, diastólica, media).
- * Resistencia vascular sistémica.
- * Agua extravascular pulmonar.
- * Fracción de eyección.
- * Volumen de sangre intratorácico.
- Posibilidad de selección de alarmas por valores límites máximos y mínimos.
- Posibilidad de establecimiento de metas para los parámetros principales.
- Presentación de tendencias de los diferentes parámetros.
- Posibilidad de conectar el equipo a la red del hospital a través de una conexión HL7.
- Deberá contar con un carro con ruedas con freno.
- Deberán incluirse todos los cables intermediarios necesarios para la conexión de los insumos descartables que utilice el equipo para las diferentes mediciones.
- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).
- Deberán incluirse la realización de todos los mantenimientos preventivos indicados por el fabricante del equipo. Deberá entregarse una copia de la página del manual de servicio técnico donde figuren los mantenimientos a realizar.
- **CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital. Deberá realizarse una capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo y luego una capacitación a los 2 meses de la capacitación inicial para afianzar conceptos.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	TRASDUCTOR DE PRESION INVASIVA P/ GASTO CARDIACO CONTINUO	300	Unidad	

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2022-Pub-000044

2022

Número

Año

Expediente 2915-013311/2022

Emision 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Valor del Pliego **7.000,00**

Detalle:

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: Dispositivo que permite monitorizar el gasto cardíaco cuando es conectado mediante un catéter a una arteria periférica. Deberá permitir la monitorización continua y mínimamente invasiva, de los siguientes parámetros hemodinámicos continuos:

- Gasto cardíaco continuo (GCC)
- Índice cardíaco continuo (ICC)
- Volúmen sistólico (VS)
- Volúmen sistólico indexado (IVS)
- Variación de Volúmen Sistólico (VVS)
- Frecuencia de pulso (FP)
- Presión arterial media (PAM)
- Presión arterial sistólica (PAS)
- Presión arterial diastólica (PAD)
- Presión venosa central (PVC)
- Resistencia vascular sistémica (RVS)
- Presión vascular sistémica indexada (IRVS)

Con la adquisición del total de los renglones se solicita, en carácter de comodato, 8 equipos con las siguientes características:

Equipo para la medición de parámetros hemodinámicos como gasto cardíaco continuo y agua pulmonar. Deberá contar con las siguientes características:

- Apto para uso en quirófanos y terapias intensivas.
 - Apto para pacientes adultos y pediátricos.
 - Apto para utilizarse como guía en el tratamiento del paciente crítico.
 - Deberá contar con una pantalla táctil color de al menos 12 pulgadas.
 - La pantalla deberá presentar las curvas y valores numéricos de los parámetros medidos.
- Se valorará la presentación de forma animada de la fisiología del paciente para una mejor visualización de los parámetros medidos.

Mediciones mínimas:

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000044	2022
Número	Año

Expediente 2915-013311/2022

Emission 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Valor del Pliego **7.000,00**

Detalle:

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Proviencia de Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- * Gasto cardíaco continuo.
- * Volumen sistólico.
- * Presión arterial (sistólica, diastólica, media).
- * Resistencia vascular sistémica.
- * Agua extravascular pulmonar.
- * Fracción de eyección.
- * Volumen de sangre intratorácico.
- Posibilidad de selección de alarmas por valores límites máximos y mínimos.
- Posibilidad de establecimiento de metas para los parámetros principales.
- Presentación de tendencias de los diferentes parámetros.
- Posibilidad de conectar el equipo a la red del hospital a través de una conexión HL7.
- Deberá contar con un carro con ruedas con freno.
- Deberán incluirse todos los cables intermediarios necesarios para la conexión de los insumos descartables que utilice el equipo para las diferentes mediciones.
- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).
- Deberán incluirse la realización de todos los mantenimientos preventivos indicados por el fabricante del equipo. Deberá entregarse una copia de la página del manual de servicio técnico donde figuren los mantenimientos a realizar.
- **CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital. Deberá realizarse una capacitación inicial al hacer la puesta en marcha del equipo y luego una capacitación a los 2 meses de la capacitación inicial para afianzar conceptos.

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO P/ OXIMETRIA DE PULSO	40	Unidad	

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000044	2022
Número	Año

Expediente 2915-013311/2022

Emission 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Detalle:

Valor del Pliego **7.000,00**

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 100% Inmediato

Observaciones: Catéter venoso central pediátrico compuesto por una fibra óptica que permite la monitorización continua de la Saturación Venosa Central de Oxígeno

Con la adquisición del total de los renglones se solicita, en carácter de comodato, 8 equipos con las siguientes características:

Equipo para la medición de parámetros hemodinámicos como gasto cardíaco continuo y agua pulmonar. Deberá contar con las siguientes características:

- Apto para uso en quirófanos y terapias intensivas.
- Apto para pacientes adultos y pediátricos.
- Apto para utilizarse como guía en el tratamiento del paciente crítico.
- Deberá contar con una pantalla táctil color de al menos 12 pulgadas.
- La pantalla deberá presentar las curvas y valores numéricos de los parámetros medidos.

Se valorará la presentación de forma animada de la fisiología del paciente para una mejor visualización de los parámetros medidos.

Mediciones mínimas:

- * Gasto cardíaco continuo.
- * Volumen sistólico.
- * Presión arterial (sistólica, diastólica, media).
- * Resistencia vascular sistémica.
- * Agua extravascular pulmonar.
- * Fracción de eyección.
- * Volumen de sangre intratorácico.
- Posibilidad de selección de alarmas por valores límites máximos y mínimos.
- Posibilidad de establecimiento de metas para los parámetros principales.
- Presentación de tendencias de los diferentes parámetros.
- Posibilidad de conectar el equipo a la red del hospital a través de una conexión HL7.
- Deberá contar con un carro con ruedas con freno.
- Deberán incluirse todos los cables intermediarios necesarios para la conexión de los insumos descartables que utilice el equipo para las diferentes mediciones.
- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 6 / 6

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000044	2022
Número	Año

Expediente 2915-013311/2022

Emission 18/08/2022

P. P. : 2022-00000876

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 29 DE AGOSTO DEL 2022**

HORA 09:00

ASUNTO **Servicio de Farmacia**

Valor del Pliego **7.000,00**

Detalle:

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

vigente.

- Deberá presentar el registro de ANMAT, y en caso de ser importado, la habilitación del país de origen (FDA, CE, ANVISA, etc.).

- Deberán incluirse la realización de todos los mantenimientos preventivos indicados por el fabricante del equipo. Deberá entregarse una copia de la página del manual de servicio técnico

donde figuren los mantenimientos a realizar.

- **CAPACITACIÓN DE USUARIOS:** Se deberán realizar capacitaciones a los usuarios del equipo coordinadas con el área de Ingeniería Clínica del hospital. Deberá realizarse una capacitación

inicial al hacer la puesta en marcha del equipo y luego una capacitación a los 2 meses de la capacitación inicial para afianzar conceptos.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: FARMACIA. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de FARMACIA, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 13 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello