



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2022-Pub-000078

2022

Número

Año

Expediente 2915-013976/2022

Emision 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	AMITRIZOATO SODICO X 250 SOLUCION INYECTABLE IV	150	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	CONTRASTE IODADO NO IONICO 300 MG/ML ENVASE X 100 ML	2500	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

3	Renglón 3	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	GADOLINIO 0.5 MMOL/ML FRASCO AMPOLLA X 15 ML	4000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: ESPECIFICACIONES LICITACIÓN

Los insumos solicitados para uso en la sala del resonador Philips Ingenia 1.5T deberán entregarse en carácter de comodato una bomba de inyección de contraste apta para resonancia. La bomba deberá poseer aproximadamente las siguientes características:

BOMBA PARA RESONADOR

- Inyector de cabezal doble controlado por microprocesador con accionamiento eléctrico.
- Compatible para su uso en salas de resonancia magnética de hasta 3T.
- Volumen de inyección de al menos 1 a 200ml, programable en incrementos de 1ml.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Presión de inyección variable entre al menos 5 y 20 bar.
- Velocidad de flujo de inyección variable entre al menos 0,1 y 10 ml/seg.
- Control mediante pantalla táctil y/o teclado de membrana.
- Fácil colocación de la jeringa.
- Deberá permitir llenado automático o manual.
- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- Deberá permitir el funcionamiento a batería.
- Consumo de potencia no superior a 100VA.
- Peso no superior a 50kg.
- Deberá incluir soporte de pie móvil.
- Deberá incluir un mando a distancia con pantalla táctil que presente la información de la infusión realizada por la bomba y permita manejarla remotamente.

BOMBA

Instalación y mantenimiento

Deberá realizarse la instalación completa de las bombas en comodato en las salas del hospital, incluidas todas las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera algún tipo de mantenimiento de usuario dentro del año del comodato se deberá brindar una capacitación sobre cómo realizarlo y los insumos necesarios para llevarlo a cabo deberán ser suministrados junto con el equipamiento.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera un mantenimiento preventivo el mismo deberá ser realizado por la empresa proveedora del equipamiento. Se deberá realizar al menos un mantenimiento preventivo anual. Luego de cada mantenimiento preventivo deberá entregarse un listado de las inspecciones realizadas.

El mantenimiento correctivo de los equipos en comodato (mano de obra y repuestos) correrá por cuenta del proveedor. Luego de cada mantenimiento correctivo deberá presentarse un registro de su realización, con todas las tareas realizadas.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Se valorará que el proveedor incluya dentro del contrato la realización del mantenimiento preventivo (mínimamente anual) de las bombas de inyección de contraste pertenecientes al hospital:

-Bomba marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

Capacitaciones

Se deberán brindar al menos 2 capacitaciones para cada equipo en comodato al momento de hacer entrega del equipamiento, con la posibilidad de realizar al menos otras 2 capacitaciones por equipo posteriores a los primeros meses de uso.

Las mismas deberán ser dictadas por personal capacitado y se deberá entregar un certificado al término de ellas. Los días y horarios de dichas capacitaciones deberán ser coordinados con el área de Ingeniería Clínica del hospital.

4	Renglón 4	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	IOVERSOL 320 MG/ML JERINGA X 125 ML	3000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

5	Renglón 5	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	SULFATO DE BARIO POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL	48	Unidad	

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - Jeringa

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

6	Renglón 6	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	COILED EXTENSION TUBING CONECTORES JERINGAS VACÍAS COMPATIBLE CON BOMBA OPTIONE 150CM O MAYOR	1000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: ESPECIFICACIONES LICITACIÓN

Los insumos solicitados para uso en la sala del tomógrafo Toshiba Aquilion 128 cortes deberán ser compatibles con la bomba de inyección de contraste marca Mallinckrodt modelo Optivantage.

Junto con los insumos solicitados para el resonador Philips Ingenia 1.5T y el tomógrafo Philips Brilliance 16 cortes, deberán entregarse en carácter de comodato una bomba de inyección de contraste apta para resonancia y una bomba de contraste apta para tomografía. Las bombas deberán poseer aproximadamente las siguientes características:

BOMBA PARA RESONADOR

- ?Inyector de cabezal doble controlado por microprocesador con accionamiento eléctrico.
- ?Compatible para su uso en salas de resonancia magnética de hasta 3T.
- ?Volumen de inyección de al menos 1 a 200ml, programable en incrementos de 1ml.
- ?Presión de inyección variable entre al menos 5 y 20 bar.
- ?Velocidad de flujo de inyección variable entre al menos 0,1 y 10 ml/seg.
- ?Control mediante pantalla táctil y/o teclado de membrana.
- ?Fácil colocación de la jeringa.
- ?Deberá permitir llenado automático o manual.

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

?Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.

?Deberá permitir el funcionamiento a batería.

?Consumo de potencia no superior a 100VA.

?Peso no superior a 50kg.

?Deberá incluir soporte de pie móvil.

?Deberá incluir un mando a distancia con pantalla táctil que presente la información de la infusión realizada por la bomba y permita manejarla remotamente.

Instalación y mantenimiento

Deberá realizarse la instalación completa de las bombas en comodato en las salas del hospital, incluidas todas las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera algún tipo de mantenimiento de usuario dentro del año del comodato se deberá brindar una capacitación sobre cómo realizarlo y los insumos necesarios para llevarlo a cabo deberán ser suministrados junto con el equipamiento.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera un mantenimiento preventivo el mismo deberá ser realizado por la empresa proveedora del equipamiento. Se deberá realizar al menos un mantenimiento preventivo anual. Luego de cada mantenimiento preventivo deberá entregarse un listado de las inspecciones realizadas.

El mantenimiento correctivo de los equipos en comodato (mano de obra y repuestos) correrá por cuenta del proveedor. Luego de cada mantenimiento correctivo deberá presentarse un registro de su realización, con todas las tareas realizadas.

Se valorará que el proveedor incluya dentro del contrato la realización del mantenimiento preventivo (mínimamente anual) de las bombas de inyección de contraste pertenecientes al hospital:

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optivantage.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 6 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Licitación Pública

2022-Pub-000078

2022

Número

Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - Jeringa

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Capacitaciones

Se deberán brindar al menos 2 capacitaciones para cada equipo en comodato al momento de hacer entrega del equipamiento, con la posibilidad de realizar al menos otras 2 capacitaciones por equipo posteriores a los primeros meses de uso.

Las mismas deberán ser dictadas por personal capacitado y se deberá entregar un certificado al término de ellas. Los días y horarios de dichas capacitaciones deberán ser coordinados con el área de Ingeniería Clínica del hospital.

7	Renglón 7	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	JERINGA 60 ML C/CONECTOR PACK X 2 UNIDADES	1500	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: ESPECIFICACIONES LICITACIÓN

Los insumos solicitados para uso en la sala del resonador Philips Achieva 3T deberán ser compatibles con la bomba de inyección de contraste marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

BOMBA PARA RESONADOR

?Inyector de cabezal doble controlado por microprocesador con accionamiento eléctrico.

?Compatible para su uso en salas de resonancia magnética de hasta 3T.

?Volumen de inyección de al menos 1 a 200ml, programable en incrementos de 1ml.

?Presión de inyección variable entre al menos 5 y 20 bar.

?Velocidad de flujo de inyección variable entre al menos 0,1 y 10 ml/seg.

?Control mediante pantalla táctil y/o teclado de membrana.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 7 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- ?Fácil colocación de la jeringa.
- ?Deberá permitir llenado automático o manual.
- ?Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- ?Deberá permitir el funcionamiento a batería.
- ?Consumo de potencia no superior a 100VA.
- ?Peso no superior a 50kg.
- ?Deberá incluir soporte de pie móvil.
- ?Deberá incluir un mando a distancia con pantalla táctil que presente la información de la infusión realizada por la bomba y permita manejarla remotamente.

Instalación y mantenimiento

Deberá realizarse la instalación completa de las bombas en comodato en las salas del hospital, incluidas todas las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera algún tipo de mantenimiento de usuario dentro del año del comodato se deberá brindar una capacitación sobre cómo realizarlo y los insumos necesarios para llevarlo a cabo deberán ser suministrados junto con el equipamiento.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera un mantenimiento preventivo el mismo deberá ser realizado por la empresa proveedora del equipamiento. Se deberá realizar al menos un mantenimiento preventivo anual. Luego de cada mantenimiento preventivo deberá entregarse un listado de las inspecciones realizadas.

El mantenimiento correctivo de los equipos en comodato (mano de obra y repuestos) correrá por cuenta del proveedor. Luego de cada mantenimiento correctivo deberá presentarse un registro de su realización, con todas las tareas realizadas.

Se valorará que el proveedor incluya dentro del contrato la realización del mantenimiento preventivo (mínimamente anual) de las bombas de inyección de contraste pertenecientes al hospital:

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 8 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - Jeringa

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optivantage.

Capacitaciones

Se deberán brindar al menos 2 capacitaciones para cada equipo en comodato al momento de hacer entrega del equipamiento, con la posibilidad de realizar al menos otras 2 capacitaciones por equipo posteriores a los primeros meses de uso.

Las mismas deberán ser dictadas por personal capacitado y se deberá entregar un certificado al término de ellas. Los días y horarios de dichas capacitaciones deberán ser coordinados con el área de Ingeniería Clínica del hospital.

8	Renglón 8	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	SYRINGE WITH HANDI-FIL 200 ML COMPATIBLE CON BOMBA OPTIONE	2000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: ESPECIFICACIONES LICITACIÓN

Los insumos solicitados para uso en la sala del tomógrafo Toshiba Aquilion 128 cortes deberán ser compatibles con la bomba de inyección de contraste marca Mallinckrodt modelo Optivantage.

Junto con los insumos solicitados para el resonador Philips Ingenia 1.5T y el tomógrafo Philips Brilliance 16 cortes, deberán entregarse en carácter de comodato una bomba de inyección de contraste apta para resonancia y una bomba de contraste apta para tomografía. Las bombas deberán poseer aproximadamente las siguientes características:

BOMBA PARA RESONADOR

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 9 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- ?Inyector de cabezal doble controlado por microprocesador con accionamiento eléctrico.
- ?Compatible para su uso en salas de resonancia magnética de hasta 3T.
- ?Volumen de inyección de al menos 1 a 200ml, programable en incrementos de 1ml.
- ?Presión de inyección variable entre al menos 5 y 20 bar.
- ?Velocidad de flujo de inyección variable entre al menos 0,1 y 10 ml/seg.
- ?Control mediante pantalla táctil y/o teclado de membrana.
- ?Fácil colocación de la jeringa.
- ?Deberá permitir llenado automático o manual.
- ?Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- ?Deberá permitir el funcionamiento a batería.
- ?Consumo de potencia no superior a 100VA.
- ?Peso no superior a 50kg.
- ?Deberá incluir soporte de pie móvil.
- ?Deberá incluir un mando a distancia con pantalla táctil que presente la información de la infusión realizada por la bomba y permita manejarla remotamente.

Instalación y mantenimiento

Deberá realizarse la instalación completa de las bombas en comodato en las salas del hospital, incluidas todas las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera algún tipo de mantenimiento de usuario dentro del año del comodato se deberá brindar una capacitación sobre cómo realizarlo y los insumos necesarios para llevarlo a cabo deberán ser suministrados junto con el equipamiento.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera un mantenimiento preventivo el mismo deberá ser realizado por la empresa proveedora del equipamiento. Se deberá realizar al menos un mantenimiento preventivo anual. Luego de cada mantenimiento preventivo deberá entregarse un listado de las inspecciones realizadas.

El mantenimiento correctivo de los equipos en comodato (mano de obra y repuestos) correrá por cuenta del proveedor. Luego de cada mantenimiento correctivo deberá presentarse un registro de su realización, con todas las tareas realizadas.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 10 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Se valorará que el proveedor incluya dentro del contrato la realización del mantenimiento preventivo (mínimamente anual) de las bombas de inyección de contraste pertenecientes al hospital:

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

?Bomba marca Mallinckrodt modelo Optivantage.

Capacitaciones

Se deberán brindar al menos 2 capacitaciones para cada equipo en comodato al momento de hacer entrega del equipamiento, con la posibilidad de realizar al menos otras 2 capacitaciones por equipo posteriores a los primeros meses de uso.

Las mismas deberán ser dictadas por personal capacitado y se deberá entregar un certificado al término de ellas. Los días y horarios de dichas capacitaciones deberán ser coordinados con el área de Ingeniería Clínica del hospital.

9	Renglón 9	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	JERINGA ALTA PRESIÓN SET 65ML COMPATIBLE CON BOMBA ACUTRON	1500	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: ESPECIFICACIONES LICITACIÓN

Los insumos solicitados para uso en la sala del resonador Philips Ingenia 1.5T deberán entregarse en carácter de comodato una bomba de inyección de contraste apta para resonancia. La bomba deberá poseer aproximadamente las siguientes características:

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 11 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

BOMBA PARA RESONADOR

- Inyector de cabezal doble controlado por microprocesador con accionamiento eléctrico.
- Compatible para su uso en salas de resonancia magnética de hasta 3T.
- Volumen de inyección de al menos 1 a 200ml, programable en incrementos de 1ml.
- Presión de inyección variable entre al menos 5 y 20 bar.
- Velocidad de flujo de inyección variable entre al menos 0,1 y 10 ml/seg.
- Control mediante pantalla táctil y/o teclado de membrana.
- Fácil colocación de la jeringa.
- Deberá permitir llenado automático o manual.
- Alimentación eléctrica 220V 50Hz, con cable de alimentación según norma argentina vigente.
- Deberá permitir el funcionamiento a batería.
- Consumo de potencia no superior a 100VA.
- Peso no superior a 50kg.
- Deberá incluir soporte de pie móvil.
- Deberá incluir un mando a distancia con pantalla táctil que presente la información de la infusión realizada por la bomba y permita manejarla remotamente.

BOMBA

Instalación y mantenimiento

Deberá realizarse la instalación completa de las bombas en comodato en las salas del hospital, incluidas todas las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los equipos.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera algún tipo de mantenimiento de usuario dentro del año del comodato se deberá brindar una capacitación sobre cómo realizarlo y los insumos necesarios para llevarlo a cabo deberán ser suministrados junto con el equipamiento.

En caso de que el equipamiento en comodato requiera un mantenimiento preventivo el mismo deberá ser realizado por la empresa proveedora del equipamiento. Se deberá realizar al menos un mantenimiento preventivo anual. Luego de cada mantenimiento preventivo

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 12 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

deberá entregarse un listado de las inspecciones realizadas.

El mantenimiento correctivo de los equipos en comodato (mano de obra y repuestos) correrá por cuenta del proveedor. Luego de cada mantenimiento correctivo deberá presentarse un registro de su realización, con todas las tareas realizadas.

Se valorará que el proveedor incluya dentro del contrato la realización del mantenimiento preventivo (mínimamente anual) de las bombas de inyección de contraste pertenecientes al hospital:

-Bomba marca Mallinckrodt modelo Optistar Elite.

Capacitaciones

Se deberán brindar al menos 2 capacitaciones para cada equipo en comodato al momento de hacer entrega del equipamiento, con la posibilidad de realizar al menos otras 2 capacitaciones por equipo posteriores a los primeros meses de uso.

Las mismas deberán ser dictadas por personal capacitado y se deberá entregar un certificado al término de ellas. Los días y horarios de dichas capacitaciones deberán ser coordinados con el área de Ingeniería Clínica del hospital.

10	Renglón 10	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	ELECTRODO DE CARBONO	1000	Unidad	

Confecionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 13 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones: Electrodo para monitorización electrocardiográfica radiolúcido, con conector de carbono, apto para ambientes de resonancia magnética (el electrodo no deberá interferir con las señales de resonador). Libre de látex. Debe asegurar una alta calidad en el trazado. Su tamaño deberá permitir el uso en pacientes pediátricos de hasta 2 meses de edad.

11	Renglón 11	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	IOVERSOL 350 PRELLENADA X 125 ML	800	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

12	Renglón 12	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	PROLONGADOR AT-26/150CM (LUER LOCK)	2000	Unidad	

Plazo de Entrega: 100% A requerimiento

Observaciones:

tipo Cód. 318198

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: DIAGNOSTICO POR IMAGENES. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de DIAGNOSTICO POR IMAGENES, Avenida Calchaqui 5401 de 8 A 16 HS.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 14 / 14

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Licitación Pública	
2022-Pub-000078	2022
Número	Año

Expediente 2915-013976/2022

Emission 06/12/2022

P. P. : 2022-00001694

PRESENTACION DE OFERTAS **MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022**

HORA 08:00

ASUNTO **Serv. Diag. y Trat. por Imágenes**

Detalle: Amitrizoato250 - Iodado no ionico 300 - Gadolinio - Prellenadas - Bario - Coiled en y - Jeringa 60 3Tesla - J erin

Comentarios: Cuenta Corriente del Banco Provinciade Buenos Aires N° 501749 sucursal 5042

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello